



**Ref: Pregão Eletrônico nº 186/2020 - SS**  
**Processo nº 02951/2020**

---

Informa-se a pedido da Secretaria de Saúde, as seguintes alterações realizadas no edital do Pregão Eletrônico nº 186/2020:

**7.5. Documentos que deverão ser apresentados relativos à qualificação técnica:**

***Onde se lê:***

**7.5.2. Declaração firmada pela PROPONENTE, na qual indicará o engenheiro mecânico responsável técnico pelos serviços.**

***Leia se:***

**7.5.2. Declaração firmada pela PROPONENTE, na qual indicará o engenheiro mecânico e/ou elétrico responsável técnico pelos serviços.**

**Fica incluído também o seguinte item:**

**7.5.6. Apresentação pela PROPONENTE do Certificado de Calibração com rastreabilidade de equipamento utilizado para qualificação térmica de autoclaves.**

A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital da licitação, que tem a sua data de abertura adiada **para o dia 16.09.2020 às 09:00 h** a se realizar no endereço eletrônico **[www.portaldecompraspublicas.com.br](http://www.portaldecompraspublicas.com.br)**, horário de Brasília - DF. O edital com as alterações estará disponível na CPL ou no endereço eletrônico: <http://cpl.pjf.mg.gov.br>.

Em 01º de Setembro de 2020.

**Pregoeiro**  
**Comissão Permanente de Licitação**