



Ref: Pregão Eletrônico nº 345/2020
Processo nº 05523/2020 - SS

Informa-se, por solicitação da Secretaria de Saúde, a seguinte alteração no Edital do Pregão Eletrônico nº 345/2020 – SS:

Onde se lê:

8.5.1. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor unitário por item de acordo com o especificado no Anexo VII.

Leia-se:

8.5.1. O julgamento das propostas será feito pelo menor valor global de acordo com o especificado no Anexo VII.

ANEXO VII - TERMO DE REFERÊNCIA E ORÇAMENTO ESTIMADO

Onde se lê:

Item 4.3:

Ventilador do tipo Bilevel para uso não invasivo com as seguintes especificações: CPAP, S, ST, T ou equivalente, PAC e garantia de volume. Rampa: Automático ou 0 - 45 min. Intervalo de pressão: 3 -30 cmH20 ou 4 20 cmH20 em modo CPAP. Compensação de fuga de modo contínuo e automático. Frequência respiratória: 5-50 rpm. Oxigênio suplementar: Fluxo de até 15 L/min. Presença de alarmes fixos e ajustáveis; Umidificador acoplado. Conectividade integrada para transmissão de dados para a nuvem e possibilitar monitoramento remoto.

Incluir: Oxímetro de Pulso; Filtro do Bilevel; 1 circuito de ventilação não invasiva sem válvula exalatória, 1 máscara nasal ou pronga nasal ou máscara facial adulta ou pediátrica, ou peça bucal no tamanho adequado ao paciente;

Incluir porta oxigênio;

Incluir no-break com autonomia mínima de 6 horas; Voltagem: 100 -240V (Bivolt).

Código: 265060003

Leia-se:

Item 4.3:

Ventilador do tipo Bilevel para uso não invasivo com as seguintes especificações: CPAP, S, ST, T ou equivalente, PAC e garantia de volume. Rampa: Automático ou 0 - 45 min. Intervalo de pressão: 3 -30 cmH20 ou 4 20 cmH20 em modo CPAP. Compensação de fuga de modo contínuo e automático. Frequência respiratória: 5-50 rpm. Oxigênio suplementar: Fluxo de até 15 L/min. Presença de alarmes fixos e ajustáveis; Umidificador acoplado.

Incluir: Oxímetro de Pulso; Filtro do Bilevel; 1 circuito de ventilação não invasiva sem válvula exalatória, 1 máscara nasal ou pronga nasal ou máscara facial adulta ou pediátrica, ou peça bucal no tamanho adequado ao paciente;

Incluir porta oxigênio;

Incluir no-break com autonomia mínima de 6 horas; Voltagem: 100 -240V (Bivolt).

Código: 265060003



JUIZ DE FORA
P R E F E I T U R A



A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital da licitação, que tem a sua data de abertura **adiada para o dia 25.11.2020 às 09:00h** a se realizar no endereço eletrônico www.portaldecompraspublicas.com.br, horário de Brasília - DF. O edital com as alterações estará disponível na CPL ou no endereço eletrônico: <http://cpl.pjf.mg.gov.br>.

Em 10 de Novembro de 2020.

Pregoeiro
Comissão Permanente de Licitação