



Ref.: Pregão Presencial nº 140/2018 – SS
Processo nº 03632/2018

Informa-se, a pedido da Secretaria de Saúde, a seguinte alteração no edital do Pregão Presencial nº 140/2018:

Do Edital:

Onde se lê:

11.4-. Os cilindros deverão apresentar gravação na calota, por puncionamento, o nome do gás nele contido, e/ou sua fórmula química, e/ou nome comercial. Os cilindros deverão conter rótulo ou adesivo, aposto em sua calota, onde conste: nome do gás ou mistura, fórmula química, pureza do gás, simbologia de risco deverá atender as exigências da ABNT-NBR-7500/94, quantidade líquida em m³ ou em kg do produto, número de identificação ONU.

Leia-se :

11.4-. Os cilindros deverão conter rótulo ou adesivo, aposto em sua calota, onde conste: nome do gás ou mistura, fórmula química, pureza do gás, simbologia de risco deverá atender as exigências da ABNT-NBR-7500/94, quantidade líquida em m³ ou em kg do produto, número de identificação ONU.

ANEXO I – Termo de Referência e Valor Estimado:

9 – ESPECIFICAÇÕES, QUANTITATIVOS E VALOR ESTIMADO

Onde se lê:

1- Locação de Concentrador de Oxigênio (até 5 L/min), Cilindro Backup de Oxigênio 4 ou 8 m³ (de acordo com o fluxo, distância e condições de entrega), 1 Recarga/ mês para Cilindro backup de Oxigênio 8m³ (ou 2 recargas por mês cilindro 4m³).

Leia-se:

1- Locação de Concentrador de Oxigênio (até 5 L/min), Cilindro Backup de Oxigênio de 3,5 a 10 m³ (de acordo com o fluxo, distância e condições de entrega), 1 Recarga/ mês para Cilindro backup de Oxigênio de 7 a 10m³ (ou 2 recargas por mês cilindro 3,5 a 6,5m³).

Onde se lê:

2 - Locação de Concentrador de Oxigênio até 10 L/min, Cilindro Backup de Oxigênio 4 ou 8 m³ (de acordo com o fluxo, distância e condições de entrega), 1 Recarga/ mês para Cilindro backup de Oxigênio 8m³ (ou 2 recargas por mês cilindro 4m³).

Leia-se:

2- Locação de Concentrador de Oxigênio até 10 L/min, Cilindro Backup de Oxigênio de 3,5 a 10 m³ (de acordo com o fluxo, distância e condições de entrega), 1 Recarga/ mês para Cilindro backup de Oxigênio de 7 a 10m³ (ou 2 recargas por mês cilindro 3,5 a 6,5m³).

Onde se lê:

6- Locação de Cilindro de 7m³ a 10m³ com fornecimento de duas recargas **mensais** de Oxigênio Gasoso Medicinal; Cilindro de Transporte de 0,6m³ a 1 m³, com fornecimento de uma recarga semanal de Oxigênio Gasoso Medicinal. Acessórios que deverão ser instalados junto com o



cilindro: ⌚ Regulador de Pressão com Fluxômetro Integrado; ⌚ Regulador de Pressão com Fluxômetro Integrado para cilindro de Transporte; kit 100 1200 R\$ 195,00 R\$ [234.000,00 28](#) ⌚ Máscara facial em silicone adulto ou infantil ou cânula Nasal (cateter). Quando o paciente for traqueostomizado, máscara traqueal; ⌚ Conector para uso no cilindro com extensão de sete a dez mts; ⌚ Copo Umidificador. ⌚ Cód. 298100366

Leia-se:

6- Locação de Cilindro de 7mt³ a 10mt³ com fornecimento de duas recargas **semanais** de Oxigênio Gasoso Medicinal; Cilindro de Transporte de 0,6mt³ a 1 mt³, com fornecimento de uma recarga semanal de Oxigênio Gasoso Medicinal. Acessórios que deverão ser instalados junto com o cilindro: ⌚ Regulador de Pressão com Fluxômetro Integrado; ⌚ Regulador de Pressão com Fluxômetro Integrado para cilindro de Transporte; kit 100 1200 R\$ 195,00 R\$ [234.000,00 28](#) ⌚ Máscara facial em silicone adulto ou infantil ou cânula Nasal (cateter). Quando o paciente for traqueostomizado, máscara traqueal; ⌚ Conector para uso no cilindro com extensão de sete a dez mts; ⌚ Copo Umidificador. ⌚ Cód. 298100366

A partir da presente data esta errata passa a fazer parte integrante do edital da licitação, que tem a sua data de abertura **ADIADA para o dia 07.06.2018 às 15h** a se realizar na sala de licitações da CPL, na Av. Brasil, 2001 – 6º andar.

Juiz de Fora, 23 de Maio de 2018.

Comissão Permanente de Licitação