TERMO DE REFERÊNCIA

1 - ENTE REQUISITANTE

1.1. Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora

2 - OBJETO

2.1. O presente Termo de Referência tem por objeto a contratação de empresa para prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças sob demanda, sem dedicação exclusiva de mão-de-obra, para os equipamentos médicos-hospitalares (EMH) pertencentes ao parque tecnológico gerenciado pela Secretaria de Saúde do Município de Juiz de Fora, conforme inventário dinâmico constante no Anexo I deste Termo de Referência.

2.1.1. O objeto enquadra-se, para fins de estruturação do procedimento licitatório eletrônico, no código CATSER nº 5428 - Manutenção Aparelhos Médicos - Hospitalares, compatível com serviços de manutenção preventiva e corretiva de equipamentos médico-hospitalares

2.2. O objeto licitado corresponde exclusivamente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva dos EMH. O fornecimento e a substituição de peças de reposição, embora integrantes da execução contratual, não compõem o valor em disputa no certame licitatório, sendo custeados mediante empenho estimativo próprio, cobrados por demanda efetivamente autorizada e mediante comprovação de necessidade.

2.3. A manutenção, revisão ou reparação, segundo critérios técnicos, de componentes eletrônicos, elétricos, eletromecânicos, pneumáticos e mecânicos se faz necessária visto que tais equipamentos apresentam problemas dessa natureza, provenientes de sua utilização diária e do desgaste natural com o passar do tempo. O objetivo da manutenção é preservar ou restabelecer as condições adequadas de uso e segurança dos EMH.

2.4. A manutenção preventiva visa detectar deficiências prévias de funcionamento dos EMH, minimizando defeitos e prevenindo falhas, mediante inspeções periódicas, testes funcionais, limpeza técnica, calibração quando aplicável, ajustes, aferições, lubrificação e verificação de segurança.

2.5. A manutenção corretiva visa a realização de reparos com o objetivo de eliminar falhas ou defeitos decorrentes do uso normal, incluindo, quando necessário, a substituição de peças gastas ou irrecuperáveis, visando restabelecer o perfeito, ininterrupto e regular funcionamento dos EMH, podendo ser solicitada a qualquer instante, em caso de pane ou mau funcionamento.

2.6. Em resumo, a execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva é imprescindível para a preservação, conservação e restabelecimento, quando necessário, das características de funcionamento e segurança dos EMH, assegurando a continuidade, a segurança e a qualidade da assistência prestada à população.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

2.7. Os serviços de manutenção preventiva e/ou corretiva deverão ser realizados por meio de visitas técnicas periódicas programadas, conforme cronograma aprovado pela fiscalização contratual, ou por chamado técnico sempre que houver necessidade.

2.8. Os serviços serão prestados em todas as unidades vinculadas à SSAS, à SSVS e à SSRUE que possuam EMH abrangidos pelo Anexo I, incluindo, dentre outras, unidades de urgência e emergência, unidades de atenção primária e especializada, laboratórios e serviços de apoio diagnóstico. A relação de unidades e equipamentos constante do Anexo I não é taxativa nem estática.

2.9. O inventário de EMH constante do Anexo I retrata o parque tecnológico existente na data de elaboração deste Termo de Referência, não possuindo natureza taxativa ou estática, tendo em vista que o parque de EMH da Secretaria de Saúde está sujeito a atualizações constantes, decorrentes de baixas patrimoniais, desativações, sucateamentos, aquisições, doações, incorporações de novos bens e remanejamentos entre unidades. Tais alterações deverão ser comunicadas formalmente pela Administração à contratada, sem necessidade de aditamento contratual, exceto quando a variação de quantitativos ultrapassar os limites de acréscimo ou supressão previstos no art. 125 da Lei Federal nº 14.133/2021, hipótese em que se observará o respectivo procedimento de alteração contratual.

2.9.1. Para efeito de apuração dos limites de acréscimo ou supressão previstos no art. 125 da Lei nº 14.133/2021, a variação será calculada sobre o valor global estimado da contratação, e não sobre o quantitativo de equipamentos isoladamente considerado, de modo que a mera atualização cadastral do inventário, sem impacto financeiro relevante, não configura, por si só, hipótese de alteração contratual.

2.10. O objeto é classificado como serviço contínuo e comum, ou seja, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado, conforme previsto nos arts. 6º, XIII e XLI, e 29 da Lei Federal nº 14.133/2021, c/c art. 3º, II e §1º do Decreto Municipal nº 13.892/2020.

2.11. Deverá ser realizado procedimento licitatório na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, com disputa aberta e critério de julgamento de MENOR PREÇO GLOBAL para os serviços de manutenção preventiva e corretiva, com vistas a assegurar a seleção da proposta apta a gerar o resultado mais vantajoso para a Administração Pública, inclusive quanto à administração do contrato.

3 - JUSTIFICATIVA

3.1. A execução dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento e substituição de peças, é imprescindível para a preservação e conservação das características de funcionamento e segurança dos EMH instalados nas unidades vinculadas à SSAS, à SSVS e à SSRUE, evitando a interrupção ou o prejuízo aos atendimentos prestados à população.

3.2. As demandas atualmente são atendidas de forma fragmentada, destacando-se o Contrato nº 01.2021.128, firmado com a empresa 4Tech Manutenção Laboratorial, Refrigeração e Hospitalar Ltda., e o Contrato nº 01.2024.202, firmado com a empresa RCD Sistema Médico Hospitalar Ltda., cujo objeto é a manutenção de aparelhos de aferição de pressão arterial. Conforme planejamento

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

formalizado no Memorando nº 23.250/2026, a presente contratação visa substituir os ajustes vigentes e consolidar o atendimento em processo único. Ressalvam-se os equipamentos de pesagem/balanças, cuja manutenção preventiva e corretiva permanece abrangida pelo Contrato nº 01.2024.210, vigente até 11/12/2029, não integrando o inventário nem o objeto desta contratação.

3.3. Ressalta-se que a Secretaria de Saúde não dispõe, em seu quadro próprio, de engenheiros clínicos, engenheiros eletricistas, engenheiros eletrotécnicos ou técnicos especializados na área, circunstância que reforça a necessidade de solução contratual robusta, com forte rastreabilidade documental, suporte técnico qualificado e mecanismos objetivos de fiscalização por servidores administrativos e/ou assistenciais.

3.4. Diante disso, a presente contratação tem por objetivo garantir a continuidade da prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva, assegurando o funcionamento adequado dos EMH da Secretaria de Saúde, reduzindo indisponibilidades e paralisações de equipamentos essenciais ao atendimento à população, conforme fundamentado no Estudo Técnico Preliminar que subsidia este Termo de Referência.

4 - AVALIAÇÃO DO CUSTO

4.1. Especificações e valores estimados para Manutenção Preventiva e Corretiva:

4.1.1. Valor Total Estimado anual para o serviço de manutenção preventiva e corretiva, descrito detalhadamente no Relatório de Análise Mercadológica que integra a instrução processual, pelo período de 12 (doze) meses, é de R$ 243.600,00 (duzentos e quarenta e três mil e seiscentos reais).

4.1.2. Valor Total Estimado Mensal para manutenção preventiva e corretiva é de R$ 20.300,00 (vinte mil e trezentos reais).

4.1.3. Valor Total Estimado para o período de 5 (cinco) anos de vigência contratual é de R$ 1.218.000,00 (um milhão, duzentos e dezoito mil reais), com base na metodologia de pesquisa de preços constante do Relatório de Análise Mercadológica, que considerou cotações diretas com três empresas especializadas (Tech Hosp, Med Silva e HM MedTech) e referências públicas complementares de contratações semelhantes extraídas do Banco de Preços/PNCP.

Item	Código	Descritivo	Unidade de medida	Valor estimado mensal	Valor estimado total anual
1	298910147	Prestação de serviço de manutenção preventiva e/ou corretiva de equipamentos médico-hospitalares diversos, conforme Anexo I	Serviço	R$ 20.300,00	R$ 243.600,00

4.1.4. Planilha de custos para manutenção preventiva e corretiva:

4.1.5. Para fins de planejamento orçamentário, emissão dos empenhos e acompanhamento da execução contratual, o valor estimado dos serviços de manutenção preventiva e corretiva será distribuído entre as unidades participantes conforme o quadro abaixo:

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

Distribuição estimada dos serviços de manutenção preventiva e corretiva				
SUBSECRETARIA	**UNIDADES ABRANGIDAS**	**PARTICIPAÇÃO ESTIMADA**	**VALOR MENSAL ESTIMADO**	**VALOR ANUAL ESTIMADO**
SSAS	DCE, DSMCA, SASI e DESM	24,7343%	R$ 5.021,06	R$ 60.252,72
SSAS	DAIS – Unidades Básicas	27,1090%	R$ 5.503,12	R$ 66.037,44
SSAS	DSB	1,8184%	R$ 369,13	R$ 4.429,56
SSRUE	DURL, STIH e SAD	31,9054%	R$ 6.476,79	R$ 77.721,48
SSRUE	Lacen	5,6984%	R$ 1.156,78	R$ 13.881,36
SSVS	Sem subdivisão interna	8,7346%	R$ 1.773,12	R$ 21.277,44
TOTAL		100,0000%	R$ 20.300,00	R$ 243.600,00

Os percentuais[1] possuem caráter estimativo e destinam-se exclusivamente à distribuição orçamentária da despesa, não alterando a definição do objeto como item único da licitação. Caso o valor adjudicado seja inferior ao valor estimado, os valores atribuídos às unidades serão ajustados proporcionalmente.

4.2. Especificações e valores para reposição de peças:

4.2.1. O valor anual máximo a ser destinado ao fornecimento e substituição de peças é de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), apurado com base nos preços unitários e quantitativos do Termo de Referência nº 022/2025 (PE nº 007/2025-SS), cuja base bruta de R$ 1.778.141,94 foi depurada mediante exclusão de consumíveis de alto giro não pertinentes à manutenção corretiva (R$ 417.759,08, referentes a canetas de bisturi elétrico, pilhas e baterias alcalinas), resultando em base líquida de peças de manutenção de R$ 1.360.382,86, da qual se estimou o valor anual ora fixado.

4.2.2. O valor reservado para peças não está incluído no valor do serviço de manutenção preventiva e corretiva e não integra a disputa de preços do certame licitatório. O empenho de peças será realizado de forma estimativa, antecipada e segregada, sendo a sua efetiva utilização condicionada à comprovação da necessidade de substituição e à prévia autorização da fiscalização contratual, conforme detalhado no item 6.5.

4.2.3. Os custos relacionados à aquisição das peças de reposição não deverão estar inclusos no preço mensal do serviço de manutenção preventiva e corretiva. A necessidade de empenho das peças ocorrerá de forma separada, sendo o valor estabelecido conforme demanda das unidades requisitantes e disponibilidade orçamentária.

4.2.4. Para fins de planejamento orçamentário e acompanhamento dos saldos destinados ao fornecimento de peças, o valor anual máximo estimado será distribuído entre as unidades participantes conforme o quadro abaixo:

Distribuição estimada do valor destinado ao fornecimento de peças			
SUBSECRETARIA	**UNIDADES ABRANGIDAS**	**PARTICIPAÇÃO ESTIMADA**	**VALOR ANUAL MÁXIMO ESTIMADO**
SSAS	Sem subdivisão interna	43,8472%	R$ 206.081,85
SSRUE	DURL, STIH e SAD	40,0978%	R$ 188.459,65
SSRUE	Lacen	7,1616%	R$ 33.659,64
SSVS	Sem subdivisão interna	8,8934%	R$ 41.798,86
TOTAL		100,0000%	R$ 470.000,00

A distribuição possui caráter estimativo e não representa garantia de utilização integral dos valores pelas unidades. O fornecimento de peças dependerá da necessidade efetivamente comprovada, da

autorização da fiscalização contratual e da disponibilidade orçamentária.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

1 Eventual diferença residual na soma dos percentuais individualizados decorre do arredondamento para quatro casas decimais, permanecendo os valores financeiros vinculados ao total estimado da contratação.

5 – RECURSO ORÇAMENTÁRIO

5.1. A dotação orçamentária específica para fazer face à despesa decorrente da contratação deverá ser indicada pela unidade competente na fase própria de instrução processual, previamente à formalização do ajuste, em observância às normas de execução orçamentária e financeira aplicáveis, à Lei de Responsabilidade Fiscal e à compatibilização da fase preparatória com as leis orçamentárias, nos termos do art. 18 da Lei nº 14.133/2021.

5.2. As despesas relativas ao fornecimento e substituição de peças correrão à conta da natureza de despesa 339030 (material de consumo/peças), em dotação orçamentária específica, segregada dos serviços de mão de obra, das unidades SSAS, SSRUE e SSVS.

5.3. As despesas decorrentes da contratação serão distribuídas conforme a unidade atendida e a natureza da despesa, observadas as seguintes classificações orçamentárias:

UNIDADE	PROGRAMA DE TRABALHO – PTRES	FONTE DE RECURSOS	NATUREZA DA DESPESA	OBJETO DA DESPESA
SSAS/DAIS	102100.10.301.0003.2276.0000	1.6.21.009606	3.3.90.39	Serviços de manutenção
SSAS/DAIS	102100.10.301.0003.2276.0000	1.6.21.009606	3.3.90.30	Peças
SSAS/DCE	102100.10.302.0003.2281.0000	1.6.00.009626	3.3.90.39	Serviços de manutenção
SSAS/DCE	102100.10.302.0003.2281.0000	1.6.00.009626	3.3.90.30	Peças
SSRUE/Lacen	102100.10.302.0003.2287.0000	1.6.00.009626	3.3.90.39	Serviços de manutenção
SSRUE/Lacen	102100.10.302.0003.2287.0000	1.6.00.009626	3.3.90.30	Peças
SSRUE/DURL, STIH e SAD	102100.10.302.0003.2284.0000	1.6.00.009626	3.3.90.39	Serviços de manutenção
SSRUE/DURL, STIH e SAD	102100.10.302.0003.2284.0000	1.6.00.009626	3.3.90.30	Peças
SSVS	102100.10.304.0003.2296.0000	1.6.00.009650	3.3.90.39	Serviços de manutenção
SSVS	102100.10.305.0003.2290.0000	1.6.00.009650	3.3.90.30	Peças

5.4. Os valores destinados às peças possuem caráter estimativo e serão utilizados somente quando houver necessidade efetivamente demonstrada e autorizada durante a execução contratual, não havendo obrigação de utilização integral do limite previsto.

5.5. A indicação das classificações orçamentárias não dispensa a verificação da existência e da suficiência dos créditos orçamentários pelo setor competente, previamente à formalização da contratação e à emissão dos respectivos empenhos.

5.6. Nos exercícios subsequentes, as despesas correrão à conta das dotações próprias consignadas nos respectivos orçamentos, a serem indicadas no momento oportuno, observada a disponibilidade de créditos orçamentários.

6 – DAS CONDICÕES PARA EXECUCÃO DOS SERVICOS

6.1. A empresa contratada deverá executar todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva necessários para assegurar o pleno funcionamento, de forma contínua e segura, dos EMH das unidades vinculadas à SSAS, à SSVS e à SSRUE, conforme relação detalhada no Anexo I. As manutenções corretivas incluirão, quando necessário, o fornecimento e a substituição de peças e componentes, observadas as normas técnicas e de segurança aplicáveis, sendo que os valores das peças não estão inclusos nos valores mensais da manutenção.

6.2. DA MANUTENÇÃO PREVENTIVA

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

6.2.1. A Manutenção Preventiva tem por objetivo detectar deficiências decorrentes do funcionamento dos equipamentos, evitando a ocorrência de defeitos, conservando-os dentro dos padrões de segurança e em perfeito estado de funcionamento, de acordo com os manuais e normas técnicas específicas, inclusive dos fabricantes.

6.2.2. Entendem-se como manutenções preventivas, entre outros, os serviços de:

a) inspeção geral das partes eletrônicas, elétricas, mecânicas, ópticas e pneumáticas;

b) limpeza técnica interna e externa dos equipamentos;

c) testes funcionais e de desempenho;

d) calibração, quando aplicável, observadas as normas metrológicas pertinentes;

e) ajustes, aferições e regulagens;

f) lubrificação de partes móveis;

g) verificação de segurança elétrica e mecânica;

h) substituição de itens de desgaste que não caracterizem manutenção corretiva;

i) testes de segurança elétrica conforme ABNT NBR IEC 60601, quando aplicável;

j) demais rotinas recomendadas pelos fabricantes e normas técnicas vigentes.

6.2.3. A CONTRATADA deverá estabelecer um conjunto de inspeções periódicas de todos os EMH, observando a classificação de criticidade e a periodicidade preventiva estimada constantes do Anexo III – Matriz de SLA, visando evitar a ocorrência de falhas ou de desempenho insuficiente.

6.2.4. A manutenção preventiva deverá ser realizada com o equipamento em condições normais de funcionamento, compreendendo as operações de inspeção geral, limpeza interna e externa, ajustes, lubrificação, aferição, calibragem, regulagem e testes de desempenho e segurança, e reparos que não incluem troca de peças.

6.2.5. As visitas preventivas deverão seguir rigorosamente cronograma apresentado pela CONTRATADA e aprovado pela fiscalização contratual no início da vigência, observadas a natureza do equipamento, sua criticidade assistencial e a periodicidade técnica recomendada no Anexo III. Qualquer alteração de datas deverá ser previamente comunicada à fiscalização para aprovação.

6.2.6. A CONTRATADA deverá emitir, para toda manutenção preventiva, relatório de visita técnica individualizado por equipamento (modelo a ser padronizado pela fiscalização), contendo, no mínimo: unidade, identificação do equipamento, número de patrimônio, data da manutenção, nome do técnico responsável, serviços executados e assinatura do técnico e do servidor que acompanhou a execução. Os relatórios deverão ser enviados mensalmente à fiscalização contratual até o 10º (décimo) dia útil do mês subsequente.

6.3. DA MANUTENÇÃO CORRETIVA

6.3.1. Entende-se por manutenção corretiva a ação tomada após uma falha ou problema em um equipamento, com o objetivo de restaurá-lo ao seu estado de funcionamento normal, com ou sem necessidade de troca de peças, executada mediante chamado técnico da CONTRATANTE.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

6.3.2. Compreende-se como manutenção corretiva, entre outros, os serviços de reparo para eliminar defeitos decorrentes do uso normal, incluindo, quando necessário, a substituição de peças gastas ou irrecuperáveis, visando restabelecer o perfeito, ininterrupto e regular funcionamento dos equipamentos, podendo ser solicitada a qualquer instante, em caso de pane ou mau funcionamento.

6.3.3. Os serviços de manutenção corretiva deverão ser realizados sempre que houver necessidade, mediante chamado técnico por telefone, celular, WhatsApp, e-mail, sistema eletrônico ou outro canal formal definido pela fiscalização, para permitir a correção de defeitos ou falhas, bem como a substituição de peças defeituosas.

6.3.4. Da classificação por criticidade e prazos de atendimento (SLA). Os equipamentos abrangidos pelo Anexo I são classificados por criticidade em ALTA, MÉDIA e BAIXA, conforme detalhado no Anexo III – Matriz de SLA, observando-se, no mínimo, os seguintes parâmetros diferenciados:

Criticidade	Prazo 1º atendimento	Prazo diagnóstico	Prazo reparo sem peça	Prazo reparo com peça	Atendimento fim de semana/feriado	Equipamento reserva
ALTA	Até 2h	Até 6h	Até 24h	Até 5 dias úteis	Sim	Sim, quando aplicável
MÉDIA	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Não	Não
BAIXA	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Não	Não

6.3.5. A disponibilização de equipamento reserva ou substituto pela CONTRATADA é obrigatória exclusivamente para os equipamentos médico-hospitalares imprescindíveis ao suporte à vida, assim classificados como criticidade ALTA no Anexo III: Desfibrilador/Cardioversor, Ventilador Pulmonar Mecânico e Monitor Multiparamétrico, não se estendendo aos demais equipamentos de criticidade ALTA, ante a existência de mercado consolidado de locação para esses três grupos e o elevado risco assistencial decorrente de sua indisponibilidade, nos termos do item 4.12.6 do Estudo Técnico Preliminar que fundamenta esta contratação.

6.3.6. A obrigação de disponibilização de equipamento reserva ou substituto, para os equipamentos elencados no item 6.3.5, é exigível quando a indisponibilidade do equipamento titular ultrapassa o prazo de reparo fixado no Anexo III – Matriz de SLA, não se aplicando a partir do simples chamado técnico ou do início do diagnóstico.

6.3.7. O equipamento reserva ou substituto tem caráter exclusivamente temporário, permanecendo em uso na unidade até a devolução do equipamento titular reparado. A cessão é formalizada mediante termo de responsabilidade ou recibo, com identificação do equipamento cedido, data de entrega, unidade beneficiária e servidor responsável pelo recebimento.

6.3.8. Nas hipóteses em que a CONTRATADA comprove, por meio de justificativa técnica fundamentada submetida à fiscalização contratual, a inexistência de equipamento substituto tecnicamente compatível no mercado para o item específico, fica dispensada da disponibilização de reserva para aquele caso concreto, cabendo à Administração adotar, em caráter interno, o remanejamento assistencial entre unidades como medida de mitigação do risco, sem que isso gere qualquer responsabilidade ou ônus adicional à CONTRATADA.

6.3.9. Não haverá limite para o número de chamados, podendo ser realizados em quaisquer horários, incluídos sábados, domingos e feriados, para equipamentos de criticidade ALTA, conforme conveniência e necessidade da Administração.

6.3.10. Do descumprimento de SLA. O descumprimento dos prazos de atendimento, diagnóstico e resolução previstos no Anexo III sujeitará a CONTRATADA à glosa proporcional ao valor mensal do

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

contrato por dia de atraso, diferenciada por criticidade do equipamento, bem como à aplicação de multa contratual em caso de reincidência ou descumprimento sistemático, nos termos do art. 156 da Lei nº 14.133/2021 e do item 11 deste Termo de Referência. A fiscalização contratual deverá registrar todas as ocorrências de descumprimento de SLA em sistema rastreável.

6.3.11. A aquisição, o fornecimento e a substituição de peças são de inteira responsabilidade da CONTRATADA, visando o restabelecimento do perfeito funcionamento dos equipamentos. As necessidades de troca de peças deverão ser especificadas nos relatórios de visita técnica. Os custos das peças de reposição não estão inclusos no preço mensal do contrato de manutenção, apenas a mão de obra relacionada às trocas.

6.3.12. O valor reservado para peças, nos casos em que houver necessidade de substituição, não está incluído no valor do serviço de manutenção preventiva e corretiva, cujo faturamento fica sujeito à identificação da necessidade e à efetiva substituição da peça, o que deverá ser comprovado por meio de relatório técnico.

6.3.13. Caso seja necessária a substituição de peças, a CONTRATADA deverá apresentar à fiscalização contratual, para aprovação: relatório com a relação das necessidades de troca, incluindo detalhamento do equipamento, unidade e especificação da peça, acompanhado de, no mínimo, 3 (três) orçamentos por peça, devendo a CONTRATADA praticar o menor valor de mercado dentre os orçamentos apresentados. Na impossibilidade comprovada de obtenção de três orçamentos, inclusive em razão de exclusividade, peça proprietária, fabricante único, urgência decorrente de equipamento de criticidade alta ou condição equivalente, a contratação poderá ser autorizada mediante justificativa técnica da contratada, pesquisa de preço disponível e decisão motivada da fiscalização, sem prejuízo da verificação de compatibilidade com o mercado.

6.3.14. As peças de reposição deverão sempre atender às necessidades a que se destinam, sendo novas, compatíveis com o equipamento e com padrão de qualidade equivalente ou superior ao originalmente especificado pelo fabricante. É vedada a utilização de peças recondicionadas, salvo hipótese excepcional devidamente motivada para equipamento fora de linha e com autorização expressa da Administração.

6.3.15. As peças substituídas deverão ser devolvidas à Administração, acompanhadas de identificação do equipamento, do defeito constatado e do registro da respectiva ordem de serviço, preservando-se a rastreabilidade da intervenção.

6.3.16. Consta no Anexo II deste Termo de Referência um quadro exemplificativo com a relação de peças passíveis de substituição, tratando-se de rol meramente exemplificativo, podendo haver inclusões sempre que necessário para a realização da manutenção corretiva ao longo da vigência do contrato.

6.3.17. Sempre que tecnicamente viável e disponível no mercado em prazo compatível com o SLA aplicável, deverá ser priorizada a peça original do fabricante do equipamento. Na hipótese de indisponibilidade, descontinuidade ou prazo de fornecimento incompatível com o SLA, a CONTRATADA poderá fornecer peça compatível de terceiro fabricante, desde que comprovada, mediante declaração técnica e, quando exigível, documentação do fabricante da peça, a equivalência de especificações técnicas, segurança e desempenho, sujeitando-se à prévia aprovação da fiscalização contratual. Os acessórios e partes que se enquadrem com dispositivos médicos deverão estar regularizados na ANVISA, por registro ou notificação, nos termos da RDC nº 751/2022.

6.3.18. Para toda manutenção corretiva, a CONTRATADA deverá emitir relatório técnico individualizado por equipamento, contendo, no mínimo: unidade; identificação do equipamento; patrimônio; data e hora do chamado; data e hora do atendimento; diagnóstico; serviços executados; peças substituídas; testes realizados; nome do técnico responsável; pendências; e assinatura do

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

responsável local pelo recebimento.

6.3.19. Sempre que a execução do serviço exigir a retirada do equipamento da unidade, a CONTRATADA deverá providenciar registro formal da retirada e da devolução, com identificação do equipamento, patrimônio, unidade de origem, data, horário, responsável pelo recebimento e descrição sucinta do defeito, correndo por conta da CONTRATADA todo o ônus de transporte.

6.3.20. A CONTRATADA deverá emitir laudo técnico de obsolescência ou de inviabilidade de reparo sempre que tecnicamente constatada tal condição, ou quando solicitado pela Administração, contendo, no mínimo, identificação completa do equipamento (patrimônio, marca, modelo), data, unidade, fundamento técnico da conclusão e responsável técnico pela avaliação.

6.3.21. A CONTRATADA deverá fornecer toda a mão de obra especializada, ferramentas e instrumentos de medição adequados, devidamente calibrados e rastreáveis, necessários à realização dos serviços, inclusive aparelhagem para testes e calibrações.

6.3.22. Para a prestação do serviço, é necessário que haja técnico disponível para atendimento imediato, dentro dos prazos estabelecidos no Anexo III, inclusive em finais de semana e feriados, para equipamentos de criticidade ALTA.

6.3.23. *A manutenção e o reparo dos esfigmomanômetros deverão ser executados por oficina com permissão vigente do INMETRO, nos termos da Portaria INMETRO nº 457/2021 e alterações, seja a própria CONTRATADA, seja oficina subcontratada na forma do item 6.6. Após cada reparo ou manutenção, o instrumento deverá ser submetido à verificação após o reparo, e o respectivo comprovante deverá ser entregue à fiscalização contratual.*

6.4. DO APOIO À GESTÃO TÉCNICA DO PARQUE TECNOLÓGICO

6.4.1. Considerando a inexistência, no quadro próprio da Secretaria de Saúde, de profissionais especializados em engenharia clínica, engenharia elétrica ou eletrotécnica, a CONTRATADA deverá apoiar a Administração por meio dos seguintes instrumentos mínimos de gestão técnica, sem que isso configure contratação de engenharia clínica plena:

a) manutenção de histórico individualizado por equipamento, com registro de todas as intervenções realizadas;

b) apoio à atualização do inventário técnico e da classificação de criticidade sempre que houver incorporação de novos equipamentos, desativação ou remanejamento relevante, nos termos do item 2.9;

c) emissão de relatórios gerenciais periódicos, com indicadores mínimos de desempenho, tais como tempo médio de atendimento, tempo médio de reparo, percentual de equipamentos operacionais e quantitativo de peças substituídas;

d) manutenção de canal de atendimento disponível para recebimento de chamados e comunicação com a fiscalização.

6.4.2. A CONTRATADA deverá apresentar, no início da execução contratual, plano de manutenção, fluxo de chamados, identificação de responsáveis técnicos, canais de comunicação e modelos padronizados de relatório, a fim de facilitar o acompanhamento pela fiscalização.

6.4.3. Da sustentabilidade ambiental. A CONTRATADA deverá observar critérios e práticas de sustentabilidade compatíveis com o objeto, especialmente quanto ao adequado gerenciamento de resíduos oriundos da manutenção e ao descarte ambientalmente correto de componentes substituídos, sobretudo placas, baterias, cabos, fontes e demais componentes eletroeletrônicos, em consonância

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

com a Política Nacional de Resíduos Sólidos, devendo informar em relatório próprio o tratamento ambiental dispensado, com comprovação documental sempre que aplicável.

6.5. DO EMPENHAMENTO

Tendo em vista que a contratação abrange tanto os serviços de manutenção preventiva e corretiva quanto o fornecimento e a substituição de peças e componentes, os empenhos decorrentes da presente contratação serão formalizados de maneira segregada. Após a homologação, serão realizados:

- um empenho referente aos serviços de manutenção preventiva e corretiva;
- um empenho específico para fornecimento e substituição de peças, conforme demanda que vier a ocorrer durante a execução contratual.

6.5.1. Tal medida visa garantir maior transparência e controle orçamentário, permitindo a adequada rastreabilidade dos gastos, bem como o fiel acompanhamento dos quantitativos utilizados, fortalecendo a aderência às boas práticas de gestão pública e facilitando eventual auditoria ou conferência futura por órgãos de controle.

6.5.2. Do empenho antecipado de peças. Considerando a morosidade administrativa identificada em ajustes orçamentários e empenhamento de despesas em contratos anteriores, o que pode gerar atrasos no processo de conserto e paralisação de equipamentos, o presente Termo de Referência estabelece que o empenho de peças será realizado de forma estimativa, previamente, antecipada e preventiva, de modo a permitir a imediata aquisição do item necessário à reposição, garantindo agilidade na manutenção corretiva e a continuidade da prestação dos serviços à população.

6.5.3. Empenho de Peças

6.5.3.1. O valor anual máximo para aquisição e substituição de peças que apresentarem defeito será de R$ 470.000,00 (quatrocentos e setenta mil reais), a ser distribuído entre as unidades orçamentárias SSAS, SSRUE e SSVS, na proporção a ser definida na fase de instrução processual, considerando os respectivos quantitativos de equipamentos constantes do Anexo I.

6.5.3.2. A forma de empenhamento das peças será por empenho estimativo, realizado em dois momentos ao longo de cada exercício financeiro: (i) empenho inicial, na data de assinatura do contrato ou de sua renovação anual, cobrindo o período até 31 de dezembro do exercício correspondente; e (ii) empenho complementar, em janeiro do exercício subsequente, cobrindo o período restante até a próxima renovação.

6.5.3.3. Mensalmente, a CONTRATADA enviará à fiscalização contratual relação das peças necessárias para execução da manutenção corretiva, acompanhada de, no mínimo, 3 (três) orçamentos para cada peça, para aprovação das aquisições e substituições.

6.5.3.4. Após a aprovação, a fiscalização contratual enviará à CONTRATADA ofício com ordem de serviço autorizando a aquisição das peças indicadas, sendo os valores correspondentes abatidos do montante anual previamente empenhado para reposição de peças. É vedado à CONTRATADA efetuar a aquisição de quaisquer peças sem a prévia autorização da fiscalização contratual.

6.5.3.5. A fiscalização contratual terá prazo máximo de 2 (dois) dias úteis, contados do recebimento da relação de peças e respectivos orçamentos, para aprovar ou solicitar esclarecimento/complementação, e de 1 (um) dia útil adicional para emissão da ordem de serviço de aquisição, após saneada eventual pendência. Equipamentos de criticidade ALTA terão prioridade de análise, com prazo reduzido para até 4 (quatro) horas úteis. O decurso desses prazos sem manifestação da fiscalização suspende, para efeito de apuração de glosa, a contagem do prazo de reparo com peça previsto no Anexo III, na proporção do atraso administrativo verificado.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

6.5.3.6. A CONTRATADA fará jus ao recebimento apenas das peças efetivamente aprovadas, adquiridas e entregues, mediante emissão da respectiva nota fiscal, acompanhada da Ordem de Serviço que autorizou a aquisição.

6.6. Não será admitida a subcontratação total ou parcial do objeto principal (execução da manutenção preventiva e corretiva), tendo em vista a necessidade de responsabilização técnica unitária, rastreabilidade das intervenções e preservação da segurança assistencial, inerentes à criticidade dos equipamentos médico-hospitalares abrangidos por esta contratação. Excepcionalmente, admite-se a subcontratação de serviços acessórios e claramente segregáveis do objeto principal, tais como calibração metrológica por laboratório acreditado pelo INMETRO/RBC, mediante prévia e expressa autorização da fiscalização contratual, permanecendo a CONTRATADA integralmente responsável, perante a Administração, pela qualidade e tempestividade do serviço subcontratado. *Admite-se, ainda, a subcontratação da manutenção e do reparo dos esfigmomanômetros a oficina com permissão vigente do INMETRO, caso a CONTRATADA não a detenha, mediante indicação da subcontratada e comprovação da permissão até a assinatura do contrato, permanecendo a CONTRATADA integralmente responsável perante a Administração pela qualidade e tempestividade do serviço subcontratado, nos termos do art. 122 da Lei nº 14.133/2021*

7. DAS EXIGÊNCIAS PARA HABILITAÇÃO

7.1. O licitante provisoriamente declarado vencedor deverá encaminhar a seguinte documentação, para habilitação técnica:

7.1.1. Atestado de Capacidade Técnico-Operacional: a licitante deverá apresentar um ou mais atestados de capacidade técnica, emitidos por pessoa jurídica de direito público ou privado, que comprovem a execução anterior de serviços compatíveis em características e complexidade com o objeto, consistentes em manutenção preventiva e/ou corretiva de equipamentos médico-hospitalares, em quantitativo mínimo correspondente a, no mínimo, 20% (vinte por cento) do total de equipamentos constantes do Anexo I, admitida a soma de atestados para atingimento do quantitativo mínimo exigido, vedada a exigência de comprovação por marca ou modelo específico de equipamento..

7.1.2. Comprovação de Aptidão Técnica Profissional: a licitante deverá comprovar que possui profissional(is) técnico(s) capacitado(s) para execução dos serviços, mediante apresentação de:

a) certificados de treinamento ou qualificação emitidos por fabricantes ou distribuidores dos equipamentos, ou por instituições reconhecidas na área de EMH; ou

b) declaração da empresa informando o(s) profissional(is) técnico(s) habilitado(s) para a execução dos serviços, acompanhada de comprovação de vínculo profissional, trabalhista ou societário na data da assinatura do contrato, mediante Carteira de Trabalho, contrato de prestação de serviços, contrato social ou ficha de registro de empregado, além de currículo(s) ou comprovantes de experiência na área de manutenção de EMH.

7.1.3. Responsável técnico: a licitante deverá indicar formalmente profissional habilitado como responsável pela execução dos serviços, *com registro no conselho profissional competente (CREA ou CFT) e atribuições compatíveis com os serviços sob sua responsabilidade. As parcelas que envolvam atividade privativa de engenharia, como os testes de segurança elétrica e a emissão de laudos de equipamentos sob a norma ABNT NBR IEC 60601, deverão ser executadas sob responsabilidade de profissional registrado no CREA, com emissão da respectiva ART, conforme o item 9.1.5.*

7.1.4. Declaração de Vistoria Prévia: a licitante previamente aprovada poderá apresentar Declaração de Vistoria Prévia das unidades a serem atendidas, preenchida e assinada pela proponente, para o melhor conhecimento e dimensionamento dos trabalhos e dos locais onde os serviços serão prestados,

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

admitida a substituição por declaração de que a licitante possui pleno conhecimento das condições de execução, mediante consulta às informações disponibilizadas no processo licitatório.

7.1.5. As exigências de qualificação técnica têm por finalidade assegurar que a licitante possua capacidade efetiva, conhecimento especializado e experiência comprovada para executar os serviços de manutenção de EMH, garantindo a continuidade e a segurança das atividades assistenciais, em atendimento aos princípios da legalidade, vinculação ao objeto, proporcionalidade, razoabilidade e competitividade, previstos na Lei nº 14.133/2021 e nos arts. 67 e 69 da referida Lei, evitando-se exigências genéricas e potencialmente restritivas à competitividade.

7.1.6. A licitante deverá apresentar Alvará Sanitário ou Licença de Funcionamento vigente, expedido pela autoridade sanitária competente, *que contemple as atividades de manutenção e reparação de equipamentos médicos-hospitalares e de comércio atacadista de máquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto-médico-hospitalar, suas partes e peças.*

7.1.7. *A licitante deverá apresentar Autorização de Funcionamento de Empresa (AFE) vigente, emitida pela ANVISA, para atividade de distribuição de produtos para saúde, nos termos da Lei nº 6.360/1976, do Decreto nº 8.077/2013 e dos arts. 2º, VI, e 3º da RDC nº 16/2014, admitida a comprovação por consulta ao sítio eletrônico da ANVISA. A exigência decorre do fornecimento, faturado pela CONTRATADA ao Município, de acessórios e partes regularizados como dispositivos médicos, conforme manifestação do Departamento de Vigilância Sanitária no Memorando nº 86.272/2026.*

7.2. Da habilitação fiscal

7.2.1. Comprovante de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ).

7.2.2. Prova de inscrição no cadastro de contribuintes estadual e/ou municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede da pretensa contratada, pertinente à atividade empresarial objeto desta contratação.

7.2.3. Prova de regularidade para com a Fazenda Federal e a Seguridade Social, mediante Certidão Conjunta de Débitos Relativos a Tributos Federais e à Dívida Ativa da União, emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.

7.2.4. Prova de regularidade para com a Fazenda Estadual.

7.2.5. Prova de regularidade para com a Fazenda Municipal, condicionando-se a habilitação dos proponentes não sediados no Município de Juiz de Fora/MG à verificação da regularidade fiscal perante este Município, nos termos do art. 41 do Código Tributário Municipal.

7.2.6. Prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a Justiça do Trabalho, mediante certidão negativa, nos termos do Título VII-A da Consolidação das Leis do Trabalho.

7.2.7. A proponente microempresa ou empresa de pequeno porte deverá apresentar toda a documentação exigida para comprovação da regularidade fiscal, mesmo que apresente alguma restrição, assegurado o prazo de 5 (cinco) dias úteis, prorrogável por igual período, para regularização, nos termos da legislação aplicável.

8 – VIGÊNCIA

8.1. O contrato regular-se-á, no que concerne à sua alteração, inexecução ou rescisão, pelas disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, pelas disposições do Edital, pelos itens do presente Termo de Referência e pelos preceitos do direito público.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

8.2. O prazo de vigência da contratação é de até 5 (cinco) anos, contados da assinatura do contrato, admitida a prorrogação, respeitando a vigência máxima decenal, com fundamento nos artigos 106 e 107 da Lei nº 14.133/2021, desde que a proposta permaneça vantajosa e sejam atendidos os demais requisitos das normas pertinentes.

8.2.1. A fixação de prazo inicial de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 106 da Lei nº 14.133/2021, justifica-se pela natureza do serviço, considerado continuado e essencial à manutenção da assistência à saúde, pela necessidade de amortização de investimentos da CONTRATADA em estrutura técnica especializada, estoque de componentes recorrentes e capacitação de equipe, e pela redução de custos de transição e de novos procedimentos licitatórios, sem prejuízo da avaliação anual de desempenho contratual como condição para a continuidade da execução nos exercícios subsequentes.

8.3. A celebração de contrato com vigência inicial de 5 (cinco) anos justifica-se por proporcionar maior previsibilidade orçamentária, facilitar o planejamento financeiro da Administração, assegurar a continuidade do serviço, reduzir riscos de descontinuidade assistencial e evitar a necessidade de prorrogações e procedimentos licitatórios frequentes, atendendo ao interesse público, à eficiência e à economicidade.

8.4. A prorrogação contratual decenal, nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021, ocorrerá desde que verificada a real necessidade e vantajosidade para a Administração, condicionada à não ocorrência de penalidades ou registros que demonstrem incapacidade de atendimento durante a vigência.

8.5. A prestação dos serviços não gera vínculo empregatício entre os empregados da CONTRATADA e a Administração CONTRATANTE, impossibilitando qualquer relação que represente pessoalidade e subordinação direta.

8.6. Poderá ocorrer reajuste do valor contratual, tanto para o serviço de manutenção quanto para as peças, observado o interregno mínimo de um ano a contar da data da proposta de preços, com base no IPCA/IBGE, conforme disposições do Decreto Municipal nº 8.542/2005.

8.7. Será admitida a revisão do equilíbrio econômico-financeiro do preço ajustado, com observância do disposto no art. 124 da Lei nº 14.133/2021, mediante requerimento acompanhado de documentos comprobatórios de álea econômica extraordinária.

8.8. Da extinção contratual: o contrato poderá ser extinto nos casos enumerados nos arts. 137 a 139 da Lei nº 14.133/2021, devendo os casos de extinção contratual ser formalmente motivados, assegurada a observância do contraditório e da ampla defesa.

9 – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES

9.1. DAS OBRIGAÇÕES DA LICITANTE VENCEDORA

9.1.1. A CONTRATADA deverá executar todos os serviços de manutenção preventiva e corretiva necessários para permitir a operação contínua e segura dos EMH, mantendo as características técnicas originais do sistema e fornecendo peças novas compatíveis com as especificações dos fabricantes, quando necessária a substituição de peças. O valor destinado à aquisição de peças não está incluído no valor mensal da prestação do serviço de manutenção preventiva e corretiva, cumprindo todas as obrigações constantes deste Termo de Referência, seus anexos e sua proposta, assumindo os riscos e despesas decorrentes da boa e perfeita execução do objeto.

9.1.2. Iniciar a prestação do serviço após a assinatura do contrato, na data indicada pelo instrumento contratual.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

9.1.3. Possuir escritório e oficina equipados com infraestrutura administrativa e técnica permanente, suficiente para apoiar as atividades descritas neste Termo de Referência.

9.1.4. Garantir atendimento técnico no local da prestação dos serviços dentro dos prazos definidos no Anexo III – Matriz de SLA, mantendo estrutura operacional compatível com essa exigência durante toda a vigência contratual.

9.1.5. Registrar em relatórios de visitas técnicas todas as manutenções preventivas e corretivas realizadas, especificando data, defeitos constatados, peças eventualmente necessárias ou substituídas, serviços realizados e demais informações relacionadas aos atendimentos, observando os prazos estabelecidos.

9.1.6. Prestar todos os serviços de assistência e suporte técnico, em caráter preventivo e corretivo, nas unidades e equipamentos mencionados no Anexo I, com utilização de ferramentas apropriadas e de acordo com as recomendações dos fabricantes.

9.1.7. Ser responsável pelo transporte/locomoção do seu técnico, dos equipamentos e de todo o material necessário para as visitas de manutenção e execução dos serviços contratados.

9.1.8. Quando indicado pelo fabricante ou obrigatório pela legislação, efetuar testes de segurança elétrica nos equipamentos, observando as normas ABNT aplicáveis, inclusive a NBR IEC 60601.

9.1.9. Operar como organização completa e independente, fornecendo todos os instrumentos e ferramentas necessários à execução dos serviços contratados.

9.1.10. Zelar para que seus funcionários se apresentem uniformizados e devidamente identificados, provendo-os de equipamentos de proteção individual e fiscalizando seu uso.

9.1.11. Responsabilizar-se única e exclusivamente pelo pagamento da remuneração, transporte e alimentação dos profissionais técnicos, assim como por todos os encargos trabalhistas, previdenciários e tributos incidentes.

9.1.12. Manter, durante toda a execução do contrato, as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, comprovando-as a qualquer tempo, mediante solicitação da CONTRATANTE.

9.1.13. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo na execução do contrato, seja pela execução irregular ou pelo fornecimento inadequado de materiais e peças, não excluindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução pelos prepostos do Município.

9.1.14. Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários no quantitativo do objeto, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado, nos termos do art. 125 da Lei nº 14.133/2021, ressalvadas as hipóteses de atualização do inventário previstas no item 2.9.

9.1.15. Manter, durante toda a execução contratual, registro regular junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), quando exigível pela legislação aplicável, exclusivamente para as parcelas do objeto que efetivamente demandem responsabilidade técnica de engenharia, bem como providenciar a emissão das respectivas Anotações de Responsabilidade Técnica (ARTs) para tais serviços, nos termos da Lei nº 6.496/1977.

9.1.16. Emitir laudo técnico de obsolescência ou de inviabilidade de reparo sempre que solicitado pela Administração ou tecnicamente constatada tal condição, conforme item 6.3.20.

9.1.17. Apoiar a Administração na atualização do inventário técnico e da classificação de criticidade

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

sempre que houver incorporação de novos equipamentos, desativação ou remanejamento relevante, conforme item 2.9.

9.1.18. Manter atualizadas todas as formas de contato, como telefones, e-mails e endereços eletrônicos da CONTRATADA, além dos números de telefone dos técnicos responsáveis pelos atendimentos emergenciais.

9.1.19. A CONTRATADA responderá integralmente por danos, extravios ou avarias que vier a causar aos equipamentos durante o transporte, retirada ou permanência em suas dependências para fins de reparo, obrigando-se a repor ou indenizar o bem em sua integralidade, no valor de mercado ou de reposição, sem prejuízo das demais sanções contratuais cabíveis, podendo a Administração exigir, a seu critério, comprovação de cobertura securitária compatível com o valor dos equipamentos habitualmente movimentados.

9.1.20. *Manter válidas, durante toda a execução contratual, a AFE, a licença sanitária e a permissão do INMETRO para manutenção de esfigmomanômetros, própria ou da oficina subcontratada, comunicando imediatamente à fiscalização qualquer suspensão, cancelamento ou vencimento.*

9.2. DAS OBRIGAÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE

9.2.1. Proporcionar condições para que a CONTRATADA possa executar o objeto dentro das normas estabelecidas.

9.2.2. Comunicar à CONTRATADA qualquer irregularidade no serviço prestado, interrompendo imediatamente a solicitação de serviço, se for o caso.

9.2.3. Prestar as informações e os esclarecimentos solicitados pela CONTRATADA.

9.2.4. Atestar o adimplemento da obrigação, desde que satisfeitas as exigências editalícias.

9.2.5. Permitir ao pessoal técnico da CONTRATADA livre e completo acesso aos equipamentos, para execução das manutenções e intervenções técnicas.

9.2.6. Emitir Termo de Responsabilidade para retirada de equipamento(s), quando necessário.

9.2.7. Efetuar o pagamento à CONTRATADA mediante crédito em conta-corrente bancária, após apresentação da respectiva nota fiscal eletrônica.

9.2.8. Manter atualizado o inventário e a classificação de criticidade dos equipamentos abrangidos pela contratação, comunicando formalmente à CONTRATADA as inclusões, exclusões ou alterações, conforme item 2.9.

9.2.9. Designar formalmente os fiscais e gestores do contrato, estruturando a fiscalização em dupla dimensão: fiscalização administrativa/documental, responsável pela conferência de relatórios, ordens de serviço, prazos e autorizações de peças; e fiscalização setorial/assistencial, responsável por atestar a efetiva devolução, funcionamento e disponibilidade do equipamento na unidade atendida.

9.2.10. Impedir que terceiros prestem os serviços objeto do contrato.

10 – DO PAGAMENTO

10.1. O pagamento será em até 30 (trinta) dias e efetuado pelo Departamento de Execução Orçamentária e Financeira/SSPGES da SS, creditado em favor da licitante vencedora, através de ordem bancária contra a entidade bancária indicada na proposta (conforme modelo descrito abaixo),

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

em que deverá ser efetivado o crédito, o qual ocorrerá posteriormente à data de apresentação da competente nota fiscal eletrônica/fatura, junto a SS :

BANCO: _____

AGÊNCIA: _____

CONTA CORRENTE: _____

LOCALIDADE: _____

10.2. As notas fiscais deverão ser emitidas em moeda corrente do país.

10.3. Para efeito de cada pagamento a nota fiscal/fatura deverá estar acompanhada da autorização de uso da nota fiscal eletrônica.

10.4. No caso da não apresentação da documentação de que trata o item 10.3 ou estando o objeto em desacordo com as especificações e demais exigências do contrato, fica a Secretaria de Saúde autorizada a efetuar o pagamento em sua integralidade somente quando processadas as alterações determinadas, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas.

10.5. A Secretaria de Saúde poderá descontar do pagamento importâncias que, a qualquer título, sejam devidas pela CONTRATADA em razão da contratação.

10.6. Os documentos de cobrança deverão ser corretamente emitidos e no caso de incorreções serão devolvidos, e o prazo para o pagamento contar-se-á da data de reapresentação da nota fiscal eletrônica/fatura.

10.7. O pagamento do serviço de manutenção preventiva e corretiva e o pagamento das peças fornecidas serão processados separadamente, observada a segregação orçamentária prevista nos itens 5 e 6.5 deste Termo de Referência.

11 – DAS PENALIDADES

11.1. Pela inexecução total ou parcial das obrigações firmadas neste Termo de Referência, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar à CONTRATADA as seguintes sanções previstas no Art. 156 da Lei 14.133/2021:

a) advertência;

b) multa;

c) impedimento de licitar ou contratar;

d) declaração de idoneidade para licitar ou contratar;

11.2. O descumprimento dos prazos de atendimento, diagnóstico e resolução previstos no Anexo III – Matriz de SLA sujeitará a CONTRATADA à glosa sobre o valor da fatura mensal do serviço de manutenção, calculada por dia de atraso e por ocorrência, conforme os seguintes percentuais:

Criticidade do equipamento	Glosa por dia de atraso (sobre 1/30 do valor mensal do contrato)	Teto de glosa por ocorrência

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

ALTA	2% (dois por cento)	20% do valor mensal do contrato
MÉDIA	1% (um por cento)	15% do valor mensal do contrato
BAIXA	0,5% (zero vírgula cinco por cento)	10% do valor mensal do contrato

11.3. Na aplicação das sanções serão considerados: a natureza e a gravidade da infração; as peculiaridades do caso concreto; as circunstâncias agravantes ou atenuantes; os danos causados à Administração Pública; e a implantação ou aperfeiçoamento de programa de integridade pela CONTRATADA.

11.4. Após o devido processo legal, as penalidades serão aplicadas pela autoridade competente, que deverá comunicar à Subsecretaria de Licitações e Compras todas as ocorrências para fins de cadastramento e demais providências.

11.5. Os valores das multas aplicadas poderão ser descontados dos pagamentos devidos pela Administração.

11.6. Caberá recurso, no prazo de 15 (quinze) dias úteis contados da intimação, das penalidades de advertência, multa e impedimento de licitar ou contratar; e pedido de reconsideração, no mesmo prazo, da penalidade de declaração de inidoneidade.

12 – DOS IMPOSTOS

12.1. A retenção do Imposto de Renda na Fonte e da Contribuição Previdenciária será feita em conformidade com as Instruções Normativas e Manuais vigentes, disponibilizados pela Prefeitura de Juiz de Fora em seu portal oficial de controle interno, aplicáveis à data de cada pagamento.

12.2. O ISSQN será recolhido na forma da Lei Municipal nº 10.630/2003, sendo a retenção realizada no local da prestação do serviço, o Município de Juiz de Fora.

12.3. Caso a CONTRATADA seja optante pelo Simples Nacional, deverá informar a alíquota em que está enquadrada, conforme sua receita bruta, para efeito de retenção do ISSQN, nos termos da Resolução CGSN nº 94/2011. Na ausência de informação, a retenção será feita com base na maior alíquota do Simples Nacional para o serviço, nos termos do art. 21, §4º, V, da Lei Complementar Federal nº 123/2006.

13 – DA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO

13.1. O acompanhamento, a fiscalização, o recebimento e a conferência do serviço prestado serão realizados pela unidade requisitante ou por servidor formalmente designado, observada a estrutura de dupla dimensão prevista no item 9.2.9.

13.2. A unidade requisitante atestará, no documento fiscal correspondente, a execução da manutenção preventiva e/ou corretiva nas condições exigidas, constituindo tal atestação requisito para a liberação do pagamento à CONTRATADA.

13.3. O recebimento definitivo da prestação de serviço somente se efetivará com a anuência do fiscal do contrato, conforme instruções deste Termo de Referência.

13.4. A fiscalização contratual deverá manter registro rastreável de todas as ordens de serviço, autorizações de peças, relatórios técnicos e ocorrências de descumprimento de SLA, valendo-se, para

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

tanto, de sistema próprio, planilha padronizada ou ferramenta disponibilizada pela CONTRATADA, assegurada a possibilidade de auditoria.

13.5. Demais prerrogativas aplicáveis, conforme art. 117 da Lei nº 14.133/2021.

14 – JUSTIFICATIVAS FINAIS

14.1. A manutenção preventiva ajuda a garantir que os equipamentos estejam em conformidade com as normas de segurança e operacionais, evitando penalidades regulatórias e assegurando funcionamento seguro e eficiente.

14.2. Em resumo, tanto a manutenção preventiva quanto a corretiva desempenham papéis cruciais na maximização da vida útil dos EMH. A manutenção preventiva atua na prevenção de problemas, enquanto a manutenção corretiva garante que os equipamentos sejam reparados e restaurados rapidamente. Juntas, essas práticas aumentam a durabilidade dos equipamentos, melhoram a segurança assistencial e reduzem custos a longo prazo, em conformidade com o Estudo Técnico Preliminar que fundamenta esta contratação.

14.3. Ressalta-se, por fim, que o objeto licitado corresponde exclusivamente ao serviço de manutenção preventiva e corretiva, não estando o valor de peças sujeito à disputa de preços do certame, e que o inventário constante do Anexo I possui natureza dinâmica, sujeita a atualizações decorrentes de baixas e incorporações no parque tecnológico, nos termos dos itens 2.2, 2.9 e 4.2.2 deste Termo de Referência.

14.4. Os casos omissos e as situações supervenientes deverão ser apreciados pela Administração à luz da Lei nº 14.133/2021, das normas internas do Município de Juiz de Fora e das disposições do edital e do contrato a serem formalizados.

ANEXOS:

- Anexo I - Inventário (em arquivo xls)
- Anexo II - Relação exemplificativa de peças passíveis de substituição
- Anexo III - Matriz de SLA (em arquivo xls)

Juiz de Fora, data da assinatura eletrônica

Tatiane da Silva Duarte Martins
Gerente DURL/SSRUE

Karina Fabri Campos
Subsecretária de Regulação, Urgência e Emergência

Marcilene Chaves Costa
Subsecretária de Atenção à Saúde
SSAS/SS/PJF

Louise Candido Souza
Subsecretária de Vigilância em Saúde

Jonathan Ferreira Tomaz
Secretário de Saúde

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

ANEXO II - RELAÇÃO EXEMPLIFICATIVA DE PEÇAS E COMPONENTES PASSÍVEIS DE SUBSTITUIÇÃO

1. Considerações iniciais

1.1. O presente Anexo tem caráter meramente exemplificativo e não exaustivo, apresentando as principais peças, componentes e acessórios que podem ser objeto de substituição no âmbito da manutenção corretiva dos equipamentos médico-hospitalares relacionados no Anexo I.

1.2. A ausência de menção expressa a determinada peça, componente ou acessório neste Anexo não afasta a obrigação da CONTRATADA de fornecê-lo, sempre que tecnicamente necessário ao restabelecimento do pleno funcionamento do equipamento, observados os critérios de aprovação e orçamentação previstos nos itens 6.3.13 e 6.5.4.3 do Termo de Referência.

1.3. Os valores unitários de peças não constam deste Anexo, tendo em vista que a aquisição será sempre precedida de, no mínimo, 3 (três) orçamentos comparativos, submetidos à aprovação da fiscalização contratual, nos termos dos itens 6.3.13 e 6.5.4 do Termo de Referência.

2. Relação exemplificativa por grupo técnico

Grupo técnico	**Equipamentos de referência**	**Peças/componentes exemplificativos**
Suporte à vida	Ventilador pulmonar, DEA, desfibrilador convencional, monitor multiparâmetros, cardiotocógrafo	Bateria interna/externa, sensor de SpO2, cabo de ECG, pás/eletrodos de desfibrilação, válvula de fluxo, sensor de fluxo/oxigênio, placa-mãe, fonte de alimentação, display, circuito respiratório
Monitorização e sinais vitais	Esfigmomanômetro, oxímetro de pulso, termômetro clínico, detector fetal, doppler vascular, estetoscópio	Manguito, pera/bulbo, mangueira, sensor de oxímetro, bateria, cristal/transdutor, cabo de alimentação, display digital
Apoio terapêutico/assistencial	Aspirador de secreções, nebulizador, laringoscópio, laser terapêutico, foco refletor, fotóforo	Motor/compressor, frasco coletor, mangueira de silicone, lâmina/lâmpada, fibra óptica, bateria, botoeira, cabo de força
Diagnóstico por imagem	Aparelho de ultrassom, autorrefrator, coluna oftalmológica, lensômetro, retinoscópio	Transdutor/probe, cabo de transdutor, placa de vídeo, fonte de alimentação, lente, lâmpada

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

		halógena/LED, motor de ajuste
Laboratório e análises	Centrífuga laboratorial, microscópio laboratorial, contador de células, estufa de cultura/secagem	Rotor, escova de motor, correia, resistência de aquecimento, termostato, lâmpada de iluminação, lente objetiva
Esterilização e apoio	Seladora, deionizador, autoclave (quando aplicável)	Resistência de selagem, correia, sensor de temperatura, válvula, membrana de filtragem, cartucho deionizador
Infraestrutura clínica de equipamentos	Compressor de ar, nobreak	Bateria selada, filtro de ar, válvula de retenção, placa de circuito, cabo de força, pressostato
Infraestrutura clínica – camas/macas	Cama hospitalar Fawler, mesa ginecológica/exames, colchão pneumático motorizado	Motor elétrico, atuador linear, rodízio, controle remoto/comando, bomba pneumática, cilindro
Infraestrutura clínica (mobiliário técnico)	Cadeira ginecológica/ oftalmológica/ otorrinológica, cadeira de rodas	Estofado, rodízio, pistão a gás, apoio de braço/perna, parafusos e fixadores estruturais

3. Categorias gerais de peças e componentes

3.1. Componentes eletrônicos: placas de circuito impresso, fontes de alimentação, displays/monitores de LED ou LCD, sensores diversos, cabos de sinal e de força.

3.2. Componentes elétricos: fusíveis, disjuntores internos, chaves e botoeiras, conectores, baterias recarregáveis e não recarregáveis.

3.3. Componentes eletromecânicos: motores elétricos, atuadores lineares, bombas, compressores, válvulas solenoides.

3.4. Componentes mecânicos: rodízios, engrenagens, correias, molas, pistões a gás, estruturas de fixação e suporte.

3.5. Componentes ópticos: lentes, fibras ópticas, lâmpadas halógenas e LED, espelhos e prismas.

3.6. Componentes pneumáticos: mangueiras, válvulas, filtros de ar, reguladores de pressão.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

3.7. Insumos de consumo vinculados à manutenção: quando estritamente necessários para o restabelecimento do funcionamento do equipamento no ato da manutenção corretiva (não incluindo insumos de consumo assistencial de alto giro, tais como canetas de bisturi elétrico, pilhas e baterias alcalinas de uso corrente, que são objeto de aquisição em separado pela Administração).

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

Anexo I – Inventário de Equipamentos Abrangidos

Subsecretaria	Departamento/ Unidade gestora	Unidade assistencial	Setor/Local	Patrimônio	Equipamento	Marca	Modelo	Grupo técnico	Situação atual	Criticidade	Data última preventiva	Data última corretiva	Observações
SSRUE	DRA	REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	LACEN - REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	108567	Centrifuga Laboratorial	RDE	48	Laboratório e análises	OPERANTE	MÉDIA	25/05/2026		Equipamentos essenciais ao funcionamento do laboratório.
SSRUE	DRA	REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	LACEN - REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS		Centrifuga Laboratorial	RDE	36	Laboratório e análises	OPERANTE	MÉDIA	25/05/2026		Equipamentos essenciais ao funcionamento do laboratório.
SSRUE	DRA	REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	LACEN - REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	185711	Centrifuga Laboratorial	INBRAS	ALB 60 CS	Laboratório e análises	OPERANTE	MÉDIA	25/05/2026		Equipamentos essenciais ao funcionamento do laboratório.
SSRUE	DRA	REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	LACEN - REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	185709	Centrifuga Laboratorial	INBRAS	ALB 60 CS	Laboratório e análises	INOPERANTE	MÉDIA	25/05/2026		Equipamentos essenciais ao funcionamento do laboratório.
SSRUE	DRA	REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	LACEN - REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	118321	Centrifuga Laboratorial	FANEM	206-bL	Laboratório e análises	INOPERANTE	MÉDIA	25/05/2026		Equipamentos essenciais ao funcionamento do laboratório.
SSRUE	DRA	REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	LACEN - REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	129992	Banho-Maria / incubadora			Laboratório e análises	INOPERANTE	MÉDIA	25/05/2026		Equipamentos essenciais ao funcionamento do laboratório.
SSRUE	DRA	REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	LACEN - REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	128967	Microscópio Laboratorial	OLIMPUS	CX41	Laboratório e análises	OPERANTE	MÉDIA	25/05/2026		Equipamentos essenciais ao funcionamento do laboratório.
SSRUE	DRA	REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	LACEN - REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	111582	Microscópio Laboratorial	NIKON	ECLIPSE E 200	Laboratório e análises	OPERANTE	MÉDIA	25/05/2026		Equipamentos essenciais ao funcionamento do laboratório.
SSRUE	DRA	REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	LACEN - REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	SEM PATRIMONIO	Microscópio Laboratorial	NIKON	ECLIPSE EI	Laboratório e análises	OPERANTE	MÉDIA	25/05/2026		Equipamentos essenciais ao funcionamento do laboratório.
SSRUE	DRA	REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	LACEN - REALIZAÇAO DE EXAMES LABORATORIAIS	81917	Contador de Células	HEMOQUIMICA	CDMI	Laboratório e análises	OPERANTE	MÉDIA	25/05/2026		Equipamentos essenciais ao funcionamento do laboratório.
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SALA DE ENFERMAGEM	196004	Eletrocardiógrafo	BIONET	BIONET CARDIOCARE MINDRAY	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	27/05/2026		Equipamentos essencias para o funcionamneto do DSMGCA e seus diversos setores .
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SALA ELETRO	143310	Eletrocardiógrafo	MINDRAY	(BENEHERAT R3-ECAFIX ECG 6	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Monitor Multiparâmetros	EMAI	MX-300	Suporte à vida	OPERANTE	ALTA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Oxímetro de Pulso	GERATHERM	X	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Oxímetro de Pulso	GERATHERM	X	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR MULHER		Oxímetro de Pulso	GERATHERM	X	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Desfibrilador Convencional	MINDRAY (BENEHEART D3)	X	Suporte à vida	OPERANTE	ALTA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Otoscópio	HEIDJI	TK	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Otoscópio	HEIDJI	TK	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Otoscópio	HEIDJI	TK	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Otoscópio	HEIDJI	TK	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Negatoscópio	XX	01 CORPO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Negatoscópio	XX	01 CORPO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Negatoscópio	XX	01 CORPO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Negatoscópio	XX	01 CORPO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Negatoscópio	XX	01 CORPO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Negatoscópio	XX	01 CORPO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Negatoscópio	XX	01 CORPO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Negatoscópio	XX	01 CORPO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Negatoscópio	XX	01 CORPO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR CRIANÇA		Negatoscópio	XX	01 CORPO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		Negatoscópio	XX	01 CORPO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		Negatoscópio	XX	01 CORPO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SETOR ADOESCENTES		Detector Fetal	MICROEM	MD 1000	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		Detector Fetal	MED PEJ	DF70001D	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		Detector Fetal			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		Detector Fetal			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		Detector Fetal			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		Foco Refletor	MEDPEJ		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA	27/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		MONITOR DOPPLER FETAL	MEDPEJ	DF 7000	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		Compressor de Ar	FIAC	NETO	Infraestrutura clínica de equipamentos	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		Colposcópio	MEDPEJ		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		Colposcópio	MEDPEJ		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER	185731	NOBREAK	ENGETROM		Infraestrutura clínica de equipamentos	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		Aparelho de ultrassom	GE	LOGIC P8	Diagnóstico por imagem	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DO ADOLESCENTE		Mesa Ginecológica Elétrica	GIGANTE	CE9000G	Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	BAIXA			

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SAÚDE DA MULHER		Mesa Ginecológica Elétrica	GIGANTE	CE9000G	Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SALA OFTALMOLOGIA		Cadeira Oftalmológica	XENÔNIO		Infraestrutura clínica	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SALA OFTALMOLOGIA		Lâmpada de Fenda	DF VASCONCELOS	LF- M4	Diagnóstico por imagem	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SALA OFTALMOLOGIA		Autorefrator	LUXVISION	LRK700	Diagnóstico por imagem	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SALA OFTALMOLOGIA		Lensômetro	LENSMETER	LM - 1000	Diagnóstico por imagem	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SALA OFTALMOLOGIA		Retinoscópio	MARTINATO	MM-507AD	Diagnóstico por imagem	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SALA OFTALMOLOGIA		Oftalmoscópio	X	X	Diagnóstico por imagem	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SALA OFTALMOLOGIA		Coluna Oftalmológica	Coluna TS3	X	Diagnóstico por imagem	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SALA OFTALMOLOGIA		Cardiotocógrafo	BIONET	FC 1400	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SALA OFTALMOLOGIA		Aspirador de Secreções	KSS	58673	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	ALTA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	SALA OFTALMOLOGIA		Laringoscópio	X	X	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	ALTA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	BANCO DE LEITE HUMANO		Estufa de Secagem e Esterilização	ODONTOBRAS	1.3	Laboratório e análises	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	BANCO DE LEITE HUMANO		Estufa de Cultura	OLIDEF CZ	ECB	Laboratório e análises	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	BANCO DE LEITE HUMANO		Resfriador Rápido para Lactário	ENSPTED	BBL-65	Laboratório e análises	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	BANCO DE LEITE HUMANO		Banho-Maria para Lactário	ENSPTED	BBL-65	Laboratório e análises	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	BANCO DE LEITE HUMANO	203570	Destilador de Água	CRISROFOLI	X	Laboratório e análises	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	BANCO DE LEITE HUMANO		Seladora	R . BAIÃO	X	Esterilização e apoio	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	BANCO DE LEITE HUMANO		Centrífuga Laboratorial	CENTRILAB	SPINPLUS	Laboratório e análises	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	DSMGCA	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	DSMGCA	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	DSMGCA	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	DSMGCA	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	DSMGCA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	DSMGCA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	DSMGCA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	DSMGCA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	DSMGCA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	DSMGCA	N/C	Esfigmomanômetro - Obeso			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DSMGCA	DSMGCA	DSMGCA	N/C	Esfigmomanômetro - Obeso			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	28/05/2026		
SSVS	DIST	SAE	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro Adulto Digital	Multi Saúde	HEM-7113	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	29/10/25	29/10/25	
SSVS	DIST	SAE	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro Adulto Digital	Multi Saúde	HEM-7113	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	29/10/25	29/10/25	
SSVS	DIST	SAE	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 ON	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	29/10/25	29/10/25	
SSVS	DIST	SAE	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 ON	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	29/10/25	29/10/25	
SSVS	DIST	SAE	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 ON	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	29/10/25	29/10/25	
SSVS	DIST	SAE	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 ON	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	29/10/25	29/10/25	
SSVS	DIST	SAE	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF H2 01N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	29/10/25	29/10/25	
SSVS	DIST	SAE	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Missouri Aneroide		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	29/10/25	29/10/25	
SSVS	DVISAT	SAST	SAST	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Multi Saúde	HC206	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	27/10/25		
SSVS	DVISAT	SAST	SAST	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Multi Saúde	HC206	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	27/10/25		
SSVS	DVISAT	SAST	SAST	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	Aneróide	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	27/10/25		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Obeso	Premium	ESF H201N_V	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Obeso	Premium	ESF H201N_V	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ESF S2 0N	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	20/05/2026		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	N/C	Esfigmomanômetro Adulto Digital	Multi saúde	HC2026	Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	172804	Eletrocardiógrafo	bionet	CArdio-Care 2000 (EKG 2000)	Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	172805	Eletrocardiógrafo	bionet	CArdio-Care 2000 (EKG 2000)	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	EMAD	154.521	Otoscópio	Missori		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	EMAD	154.510	Otoscópio	Missori		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	EMAD	202.625	Otoscópio	Missori		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	EMAD	202.626	Otoscópio	Missori		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	EMAD	202.627	Otoscópio	Missori		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	EMAD	202.628	Otoscópio	Missori		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	EMAD	202.629	Otoscópio	Missori		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	EMAD	202.630	Otoscópio	Missori		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	EMAD	202.631	Otoscópio	Missori		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	EMAD	202.632	Otoscópio	Missori		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	EMAD	202.633	Otoscópio	Missori		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	EMAD	202.634	Otoscópio	Missori		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	184.007	Oxímetro de Pulso	Pulse Oximeter	G1B	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	184.008	Oxímetro de Pulso	Pulse Oximeter	G1B	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	184.009	Oxímetro de Pulso	Pulse Oximeter	G1B	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	184.010	Oxímetro de Pulso	Pulse Oximeter	G1B	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	184.011	Oxímetro de Pulso	Pulse Oximeter	G1B	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	184.012	Oxímetro de Pulso	Pulse Oximeter	G1B	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	184.013	Oxímetro de Pulso	Pulse Oximeter	G1B	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	184.014	Oxímetro de Pulso	Pulse Oximeter	G1B	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	184.015	Oxímetro de Pulso	Pulse Oximeter	G1B	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	184.016	Oxímetro de Pulso	Pulse Oximeter	G1B	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Fonoaldiologia	201.909	Medidor de Cuff	Moriya		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	07/02/2025		
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	183.108	Laser terapêutico	MMO	Recover	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	183.109	Laser terapêutico	MMO	Recover	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	183.110	Laser terapêutico	MMO	Recover	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	183.111	Laser terapêutico	MMO	Recover	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	183.112	Laser terapêutico	MMO	Recover	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DGRUE	SAD/DID	Enfermagem	183.113	Laser terapêutico	MMO	Recover	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	203538	Aspirador de Secreções	MRM	MRM400C2	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	ALTA	26/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	203539	Aspirador de Secreções	MRM	MRM400C3	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	CME	203474	Deionizador	HIPERQUIMICA		Esterilização e apoio	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	181855	DEA - Desfibrilador Externo Automático	MINDRAY	D3	Suporte á vida	OPERANTE	ALTA	26/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	DEA - Desfibrilador Externo Automático	ECAFIX	MDR-048	Suporte á vida	OPERANTE	ALTA	26/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTÓRIO	SN/P	Eletrocardiógrafo	PROLIFE	CARDIOLINE	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	26/05/26	26/05/26	
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTÓRIO	182630	Eletrocardiógrafo	PROLIFE	AFM604518	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	26/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTÓRIO	130098	Eletrocardiógrafo	DIXTAL	EP-3	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	26/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTÓRIO	123123	Eletrocardiógrafo	DIXTAL	EP-3	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	26/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTÓRIO	SN/P	Eletrocardiógrafo	ECAFIX	ECG-6	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	26/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTÓRIO	193943	Eletrocardiógrafo	MINDRAY	BENEHEART R3	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	26/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTÓRIO	125030	Eletrocardiógrafo	ECAFIX	ECG-6	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	26/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTÓRIO	122801A	Eletrocardiógrafo	PROLIFE	CARDIOLINE	Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	392	Monitor Multiparâmetros	PROLIFE	P10	Suporte á vida	OPERANTE	ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	471	Monitor Multiparâmetros	PROLIFE	P10	Suporte á vida	OPERANTE	ALTA	26/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	176607	Monitor Multiparâmetros	MINDRAY	UMECK 12	Suporte á vida	OPERANTE	ALTA	26/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	176395	Monitor Multiparâmetros	MINDRAY	UMECK 12	Suporte á vida	OPERANTE	ALTA	26/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	157808	Monitor Multiparâmetros	PHILLIPS		Suporte á vida	OPERANTE	ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	178258	Monitor Multiparâmetros	OLIDEF		Suporte á vida	INOPERANTE	ALTA			

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	178260	Monitor Multiparâmetros	OLIDEF		Suporte á vida		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	178261	Monitor Multiparâmetros	OLIDEF		Suporte á vida	OPERANTE	ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	178262	Monitor Multiparâmetros	OLIDEF		Suporte á vida		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	60993219	Monitor Multiparâmetros	LIFEMED		Suporte á vida		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	204703	Monitor Multiparâmetros	CREATIVE MEDICAL	K12	Suporte á vida	OPERANTE	ALTA	26/05/26		
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	204696	Monitor Multiparâmetros	CREATIVE MEDICAL	K12	Suporte á vida	OPERANTE	ALTA	25/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	204701	Monitor Multiparâmetros	CREATIVE MEDICAL	K12	Suporte á vida	OPERANTE	ALTA	25/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	204702	Monitor Multiparâmetros	CREATIVE MEDICAL	K12	Suporte á vida	OPERANTE	ALTA	25/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	204699	Monitor Multiparâmetros	CREATIVE MEDICAL	K12	Suporte á vida	OPERANTE	ALTA	25/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	204705	Monitor Multiparâmetros	CREATIVE MEDICAL	K12	Suporte á vida	OPERANTE	ALTA	25/05/26		
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	204698	Monitor Multiparâmetros	CREATIVE MEDICAL	K12	Suporte á vida		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	204697	Monitor Multiparâmetros	CREATIVE MEDICAL	K12	Suporte á vida		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	204700	Monitor Multiparâmetros	CREATIVE MEDICAL	K12	Suporte á vida		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	204704	Monitor Multiparâmetros	CREATIVE MEDICAL	K12	Suporte á vida		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	178613	Ventilador Pulmonar	INSPIRAR	VI- C19	Suporte á vida	OPERANTE	ALTA	26/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	178611	Ventilador Pulmonar	INSPIRAR	VI-C19	Suporte á vida	OPERANTE	ALTA	25/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	170682	Ventilador Pulmonar	INSPIRAR	VI-C19	Suporte á vida	OPERANTE	ALTA	25/06/26		
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	178609	Ventilador Pulmonar	INSPIRAR	VI-C19	Suporte á vida	INOPERANTE	ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	178612	Ventilador Pulmonar	INSPIRAR	VI-C19	Suporte á vida	INOPERANTE	ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	178610	Ventilador Pulmonar	INSPIRAR	VI-C19	Suporte á vida	INOPERANTE	ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	164509	Ventilador Pulmonar	DIXTAL	DX3012	Suporte á vida	INOPERANTE	ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Ventilador Pulmonar	VYAIRE	IX5	Suporte á vida		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	194581	Oxímetro de Pulso			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	194582	Oxímetro de Pulso			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	194583	Oxímetro de Pulso			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	194584	Oxímetro de Pulso			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	194585	Oxímetro de Pulso			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203454	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203455	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203456	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203457	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203458	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203459	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203460	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203461	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203462	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203463	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203464	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203465	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203466	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203467	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203468	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203469	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203470	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203471	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203472	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	203473	Oxímetro de Pulso	OXIMETER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	204706	Otoscópio	MISSOURI		Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	204707	Otoscópio	MISSOURI		Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	204708	Otoscópio	MISSOURI		Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	SN/P	Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	SN/P	Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Laringoscópio			Apoio terapêutico/assistencial		ALTA			

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Laringoscópio			Apoio terapêutico/assistencial		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	178617	Laringoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	INOPERANTE	ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Laringoscópio	HAYMED		Apoio terapêutico/assistencial		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Laringoscópio	HAYMED		Apoio terapêutico/assistencial		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Laringoscópio	HAYMED		Apoio terapêutico/assistencial		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Laringoscópio	HAYMED		Apoio terapêutico/assistencial		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Laringoscópio	HAYMED		Apoio terapêutico/assistencial		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Laringoscópio	HAYMED		Apoio terapêutico/assistencial		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Laringoscópio	HAYMED		Apoio terapêutico/assistencial		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Laringoscópio	HAYMED		Apoio terapêutico/assistencial		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Laringoscópio	HAYMED		Apoio terapêutico/assistencial		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Laringoscópio	HAYMED		Apoio terapêutico/assistencial		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Laringoscópio	HAYMED		Apoio terapêutico/assistencial		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Laringoscópio	HAYMED		Apoio terapêutico/assistencial		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Laringoscópio	HAYMED		Apoio terapêutico/assistencial		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Laringoscópio	HAYMED		Apoio terapêutico/assistencial		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Laringoscópio	HAYMED		Apoio terapêutico/assistencial		ALTA			
SSRUE	DURL	DURL	CME	206307	Seladora			Esterilização e apoio		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	203275	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	DAQUINO		Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	203266	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	DAQUINO		Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	203272	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	DAQUINO		Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	SN/P	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	DAQUINO		Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	SN/P	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	DAQUINO		Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	SN/P	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	DAQUINO		Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	DAQUINO		Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	SN/P	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	DAQUINO		Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	203274	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	DAQUINO		Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	203310	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	DAQUINO		Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA	203312	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	DAQUINO		Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA		COLCHOES PNEUMATICO MOTOR	DELLAMED	AIR PLUS	Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA		COLCHOES PNEUMATICO MOTOR	DELLAMED	AIR PLUS	Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA		COLCHOES PNEUMATICO MOTOR	DELLAMED	AIR PLUS	Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA		COLCHOES PNEUMATICO MOTOR	DELLAMED	AIR PLUS	Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA		COLCHOES PNEUMATICO MOTOR	DELLAMED	AIR PLUS	Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA		COLCHOES PNEUMATICO MOTOR	DELLAMED	AIR PLUS	Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA		COLCHOES PNEUMATICO MOTOR	DELLAMED	AIR PLUS	Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA		COLCHOES PNEUMATICO MOTOR	DELLAMED	AIR PLUS	Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA		COLCHOES PNEUMATICO MOTOR	DELLAMED	AIR PLUS	Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	SALA VERMELHA		COLCHOES PNEUMATICO MOTOR	DELLAMED	AIR PLUS	Infraestrutura clínica – camas e macas		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	TRIAGEM	191025	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTI		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	191028	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTI		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	191018	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTI		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	1910813	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTI		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	191017	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTI		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	191016	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTI		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	191024	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTI		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	191029	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTI		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	191015	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTI		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	191020	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTI		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	191019	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTI		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	191021	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTI		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Neonatal	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Pedestal	MISSOURI		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Pedestal	MISSOURI		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			

SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	ENFERMARIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	DURL	DURL	CONSULTORIO	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA		Oxímetro de Pulso	MINDRAY		Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	ALTA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA		Oxímetro de Pulso	MINDRAY		Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	ALTA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA		Oxímetro de Pulso	MINDRAY		Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	ALTA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA	N/C	Oxímetro de Pulso	MINDRAY		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA	N/C	Oxímetro de Pulso			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	SOLIDOR		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA		Maca articulada	CDF		Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA		Maca articulada	CDF		Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA		Maca articulada	CDF		Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA		Maca articulada	CDF		Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA		Maca articulada	CDF		Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA		Maca articulada	CDF		Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA		Maca articulada	CDF		Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA		Maca articulada	CDF		Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA		Maca articulada	CDF		Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA	178291	Ventilador Pulmonar	OXYMAG		Suporte á vida	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA	178293	Ventilador Pulmonar	OXYMAG		Suporte á vida	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA	178290	Ventilador Pulmonar	OXYMAG		Suporte à vida	OPERANTE	MÉDIA			
SSRUE	STIH	STIH	AMBULÂNCIA	181854	Cardioversor	MINDRAY		Suporte á vida	OPERANTE	ALTA			
SSAS	DESM	CASM	SALA DE ATENDIMENTO	Não identificado	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	Não encontrada	comum/simples	Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	BAIXA	de manutenção	Sem registro	
SSAS	DESM	CASM	SALA DE ENFERMAGEM	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	BM	ML 0055 2012	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	30/10/25	Sem registro	
SSAS	DESM	CASM	SALA DE ENFERMAGEM	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	ML 177 12/05/2009	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	30/10/25	Sem registro	
SSAS	DESM	CASM	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Estetoscópio	Premium	Simples	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	BAIXA	de manutenção	Sem registro	
SSAS	DESM	CASM	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Oxímetro de Pulso	Finger	Power 3VDCAAA	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	de manutenção	Sem registro	
SSAS	DESM	CAPS CASA VIVA	SALA DE ENFERMAGEM	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Não encontrada	adulto 18 a 36	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	29/04/2025		
SSAS	DESM	CAPS CASA VIVA	SALA DE ENFERMAGEM	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Não encontrada	adulto 18 a 36	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	de manutenção		
SSAS	DESM	CAPS CASA VIVA	SALA DE ENFERMAGEM	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Não encontrada	adulto 18 a 36	Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA	de manutenção		
SSAS	DESM	CAPS CASA VIVA	SALA DE ENFERMAGEM	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Não encontrada	adulto 18 a 36	Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA	de manutenção		
SSAS	DESM	CAPS CASA VIVA	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Estetoscópio Adulto	Não encontrada	comum/simples	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	BAIXA	de manutenção		
SSAS	DESM	CAPS CASA VIVA	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Estetoscópio Adulto	Não encontrada	comum/simples	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	BAIXA	de manutenção		
SSAS	DESM	CAPS CASA VIVA	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Estetoscópio Adulto	Não encontrada	comum/simples	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	BAIXA	de manutenção		

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSAS	DESM	CAPS CASA VIVA	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Estetoscópio Adulto	Não encontrada	comum/simples	Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	BAIXA	de manutenção		
SSAS	DESM	CAPS CASA VIVA	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Estetoscópio Adulto	Não encontrada	comum/simples	Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	BAIXA	de manutenção		
SSAS	DESM	CAPS CASA VIVA	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Termômetro Clínico	G Tech		Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	BAIXA	de manutenção		
SSAS	DESM	CAPS LESTE	SALA DE ENFERMAGEM	170189	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	Não encontrada	comum/simples	Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	BAIXA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS LESTE	SALA DE ENFERMAGEM	170190	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	Não encontrada	comum/simples	Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	BAIXA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS LESTE	CONSULTÓRIO	Não identificado	Maca hospitalar fixa	Não encontrada	comum/simples	Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	BAIXA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS LESTE	CONSULTÓRIO	Não identificado	Maca hospitalar fixa	Não encontrada	comum/simples	Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	BAIXA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS LESTE	SALA DE ENFERMAGEM	154826	Cadeira de Rodas Adulto	CDS	comum/simples	Infraestrutura clínica	OPERANTE	BAIXA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS LESTE	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Oxímetro de Pulso	Finger	comum/simples	Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS LESTE	SALA DE ENFERMAGEM	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	adulto 18 a 36	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS LESTE	SALA DE ENFERMAGEM	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	adulto 18 a 36	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS LESTE	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Termômetro Clínico	Gtech	Axilar	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	BAIXA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS LESTE	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Estetoscópio Adulto	Premium	comum/simples	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	BAIXA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS LESTE	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Estetoscópio Adulto	Premium	comum/simples	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	BAIXA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS IJ	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Estetoscópio Adulto	Não encontrada	comum/simples	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	BAIXA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS IJ	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Estetoscópio Adulto	Não encontrada	comum/simples	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	BAIXA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS IJ	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	Não encontrada	comum/simples	Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	BAIXA	de manutenção	não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS IJ	SALA DE ENFERMAGEM	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM	comum/simples	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	de manutenção	não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS IJ	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Oxímetro de Pulso	JZIKI	comum/simples	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	de manutenção	não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS AD	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Estetoscópio Adulto	Premium	comum/simples	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	BAIXA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS AD	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Termômetro Clínico	Gtech	comum/simples	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	BAIXA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS AD	SALA DE ENFERMAGEM	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	adulto 18 a 36	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS AD	LEITO	Não identificado	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	Não encontrada	comum/simples	Infraestrutura clínica – camas e macas	OPERANTE	BAIXA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS AD	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Maca hospitalar fixa	Não encontrada	comum/simples	Infraestrutura clínica – camas e macas	INOPERANTE	BAIXA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS AD	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Cadeira de Rodas Adulto	Não encontrada	comum/simples	Infraestrutura clínica	OPERANTE	BAIXA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DESM	CAPS AD	SALA DE ENFERMAGEM	Não identificado	Cadeira de Banho/ Higiênica	Não encontrada	comum/simples	Infraestrutura clínica	INOPERANTE	BAIXA	de manutenção	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CONSULTÓRIO		Eletrocardiógrafo	MINDRRAY	BENEHEART R3	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CONSULTÓRIO		Eletrocardiógrafo	ECAFIX	ECAFIX ECG-6	Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA	SEM REGISTRO	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CONSULTÓRIO	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	11/05/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CONSULTÓRIO	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	11/05/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CONSULTÓRIO	N/C	Esfigmomanômetro - Obeso			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	11/05/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CONSULTÓRIO		Monitor Multiparâmetros	EMAI	MX-300	Suporte à vida	OPERANTE	ALTA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CONSULTÓRIO		Oxímetro de Pulso	GERATHERM		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	SEM REGISTRO	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CONSULTÓRIO		Desfibrilador Convencional	MINDRAY	BEBEHEART D3	Suporte à vida	OPERANTE	ALTA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CONSULTÓRIO		Otoscópio	KOLE		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CONSULTÓRIO		Negatoscópio		1 CORPO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CONSULTÓRIO		Foco Cirúrgico de Solo Móvel			Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CONSULTÓRIO		Aspirador de Secreções	ASPIRATEX	HR 6005-C2	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	ALTA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CONSULTÓRIO		Laringoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	ALTA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CME		Seladora	AGIR	PROTGET SEAL 35CM	Esterilização e apoio	OPERANTE	MÉDIA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CME		Seladora	BAIÃO		Esterilização e apoio	OPERANTE	MÉDIA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CONSULTÓRIO		Cadeira Otorrinológica	GIGANTE	EXPRESSION CE-9000X	Infraestrutura clínica	OPERANTE	BAIXA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CONSULTÓRIO		Laser terapêutico	RECOVER	MMO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CONSULTÓRIO		Doppler Vascular	MEDPEJ	DF7001	Diagnóstico por imagem	OPERANTE	MÉDIA		Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	GCPC		Eletrocautério	EMAI	BP 150	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	ALTA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	GCPC		Eletrocautério	BELTRONIX	B 3300S	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	ALTA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	CONSULTÓRIO		Fotóforo	HEADBEND LOUPE E ELD LIGHT		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	SALA DE PROCEDIMENTO DA TRAUMATOLOGIA		Serra para Gesso	NEVONI	18018	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/PAM	GCPC		Oxímetro de Pulso	BIOINFINITY	SP 20	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA		Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/SASI	CONSULTORIO		Oxímetro de Pulso	BIOINFINITY	SP 20	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA		Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/SASI	CONSULTÓRIO		Laringoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	ALTA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/SASI	CONSULTÓRIO		Aspirador de Secreções	ASPIRATEX	HR 6005-C2	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	ALTA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/SASI	CONSULTÓRIO		Negatoscópio		1 CORPO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/SASI	CONSULTÓRIO		Otoscópio	KOLE		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	24/06/2026	Não encontrado	

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSAS	DCE	DCE/SASI	CONSULTÓRIO	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	11/05/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/SASI	CONSULTÓRIO	N/C	Esfigmomanômetro - Obeso			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	11/05/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/SASI	CONSULTÓRIO		Eletrocardiógrafo	MINDRRAY	BENEHEART R3	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/SASI	CONSULTÓRIO		Eletrocardiógrafo	ECAFIX	ECAFIX ECG-6	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/SASI	CONSULTÓRIO		Desfibrilador Convencional	MINDRAY INSTRAMED	BEBEHEART D3	Suporte à vida	OPERANTE	ALTA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/CEN	CONSULTÓRIO		Eletrocardiógrafo	MINDRRAY	BENEHEART R3	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	11/05/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/CEN	CONSULTÓRIO		Eletrocardiógrafo	BIONET	CARDIOCARE	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	11/05/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/CEN	CONSULTÓRIO		Colposcópio	GD EQUIPAMENTOS MÉDICOS	ARTICULAVEL COM RODIZIO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA	11/05/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/CEN	CME		Seladora	AGIR	PROTECT SEAL 350M	Esterilização e apoio	OPERANTE	MEDIA	11/05/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/CEN	CONSULTÓRIO	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	11/05/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/CEN	CONSULTÓRIO	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	11/05/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/CEN	CONSULTÓRIO	N/C	Esfigmomanômetro - Obeso			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	11/05/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/CEN	CONSULTÓRIO		Desfibrilador Convencional	MINDRAY	INSTRAMED HS01	Suporte à vida	OPERANTE	ALTA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/CEN	CONSULTÓRIO		Foco Cirúrgico de Solo Móvel			Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/CEN	CONSULTÓRIO		Aspirador de Secreções	ASPIRATEX	HR 6005-C2	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	ALTA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/CEN	CONSULTÓRIO		Laringoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	ALTA	24/06/2026	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/CEN	CONSULTORIO		Oxímetro de Pulso	BIOINFINITY	SP 20	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA		Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/SPIC	CONSULTÓRIO		Oxímetro de Pulso	GETCH	OLED GRAPH	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	SEM REGISTRO	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/SPIC	CONSULTÓRIO		Oxímetro de Pulso	GETCH	OLED GRAPH	Monitorização e sinais vitais					
SSAS	DCE	DCE/SPIC	FARMÁCIA		Deionizador	HIPPERQUIMICA	50/L/HORA	Esterilização e apoio	OPERANTE	MÉDIA	SEM REGISTRO	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/SPIC	CONSULTÓRIO		Otoscópio	HEIDHI	PRESS CONTROL	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	SEM REGISTRO	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/SPIC	FARMÁCIA		Destilador de Água	MARTE	4/L/HORA	Laboratório e análises	OPERANTE	MÉDIA	SEM REGISTRO	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/SPIC	CONSUTORIO		Eletroestimulador	NKL	EL608	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	MÉDIA	SEM REGISTRO	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/SPIC	CONSUTORIO		Eletroestimulador	NKL	EL608	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	MÉDIA	SEM REGISTRO	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/SPIC	CONSUTORIO		Eletroestimulador	NKL	EL608	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	MÉDIA	SEM REGISTRO	Não encontrado	
SSAS	DCE	DCE/SPIC	CONSUTORIO		Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DCE	DCE/SPIC	CONSUTORIO		Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DCE	DCE/SPIC	CONSUTORIO		Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DCE	DCE/SPIC	CONSUTORIO		Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DCE	DCE/SPIC	CONSUTORIO		Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DCE	DCE/SPIC	CONSUTORIO		Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DCE	DCE/SPIC	CONSUTORIO		Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul		Detector Fetal	Jumper	Jpd100e	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul	182052	Detector Fetal	Microen	Md700	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul	190416	Eletrocardiógrafo	Mindray	Beneheatr3	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul		Micro Nebulizador	G-Tech		Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Monte Castelo	UBS Monte Castelo	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Missoura		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	27/05/26		
SSAS	DAIS	UBS Monte Castelo	UBS Monte Castelo	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	27/05/26		
SSAS	DAIS	UBS Monte Castelo	UBS Monte Castelo	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	27/05/26		
SSAS	DAIS	UBS Monte Castelo	UBS Monte Castelo	18889	Otoscópio	Md	Led	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Monte Castelo	UBS Monte Castelo	165964	Detector Fetal	Sigmed	Ms101	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	10/11/25		
SSAS	DAIS	UBS Monte Castelo	UBS Monte Castelo	165964	Detector Fetal	Sigmed	Ms101	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	10/11/25		
SSAS	DAIS	UBS Monte Castelo	UBS Monte Castelo	171744	Seladora	Selamax	Vh	Esterilização e apoio		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Monte Castelo	UBS Monte Castelo	172803	Eletrocardiógrafo	Bionet	Cardiocare	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	27/05/26		
SSAS	DAIS	UBS Monte Castelo	UBS Monte Castelo	190432	Eletrocardiógrafo	Mindray	Beneheart	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	27/05/26		
SSAS	DAIS	UBS Monte Castelo	UBS Monte Castelo	165629	Micro Nebulizador	Gtech		Apoio terapêutico/assistencial	Inoperante	BAIXA	27/05/26		
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília	194118	Esfigmomanômetro Adulto Digital	Multisaúde		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	inexistente		
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília	N/C	Esfigmomanômetro Adulto Digital	Multisaúde		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	inexistente		
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília	N/C	Esfigmomanômetro Adulto Digital	Multisaúde		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	inexistente		
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	troca na SS		
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília		Oxímetro de Pulso	Multilaser		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília		Oxímetro de Pulso	Multilaser		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília		Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	INOPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília		Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	INOPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília		Negatoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília		Negatoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília		Negatoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília		Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília	191493	Compressor de Ar	Fiac		Infraestrutura clínica de equipamentos	Operante	MÉDIA	02/26	2025	
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília	18219	Nobreak	Sms		Infraestrutura clínica de equipamentos	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília		Destilador de Água	Acquatech		Laboratório e análises	Inoperante	MÉDIA			resistência queimada
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília	172828	Eletrocardiógrafo	Cardiocare		Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA	17/06/26		
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília	190431	Eletrocardiógrafo	Mundray		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília		Micro Nebulizador	C7plus		Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	18/06/26	18/06/26	
SSAS	DAIS	UBS Santa Cecília	UBS Santa Cecília		Micro Nebulizador	C7plus		Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	18/06/26	18/06/26	
SSAS	DAIS	UBS Cidade do Sol	UBS Cidade do Sol	128842	Eletrocardiógrafo	Bionet	M0400	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	03/06/26	03/06/26	
SSAS	DAIS	UBS Cidade do Sol	UBS Cidade do Sol	N/C	Esfigmomanômetro Adulto Digital	Multi		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cidade do Sol	UBS Cidade do Sol	N/C	Esfigmomanômetro Adulto Digital	Multi		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cidade do Sol	UBS Cidade do Sol	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cidade do Sol	UBS Cidade do Sol	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cidade do Sol	UBS Cidade do Sol	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cidade do Sol	UBS Cidade do Sol	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cidade do Sol	UBS Cidade do Sol	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cidade do Sol	UBS Cidade do Sol		Oxímetro de Pulso	G-Tech		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cidade do Sol	UBS Cidade do Sol	182604	Detector Fetal	Jumper	Jpd100e	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	03/03/26	03/06/26	
SSAS	DAIS	UBS Cidade do Sol	UBS Cidade do Sol	128842	Micro Nebulizador	Medicate		Apoio terapêutico/assistencial	Inoperante	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Cidade do Sol	UBS Cidade do Sol	190118	Otoscópio	Md	Omni 3000	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	03/03/26	03/06/26	
SSAS	DAIS	UBS Cidade do Sol	UBS Cidade do Sol		Otoscópio	Md	Omni 3000	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Cidade do Sol	UBS Cidade do Sol	155281	Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cidade do Sol	UBS Cidade do Sol		Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Jardim da Lua	UBS Jardim da Lua	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Missouri		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA	25/03/2026		
SSAS	DAIS	UBS Jardim da Lua	UBS Jardim da Lua	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Ea026	Pac2768471	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA	24/10/2025		
SSAS	DAIS	UBS Jardim da Lua	UBS Jardim da Lua	182197	Detector Fetal	Jumper		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA	28/11/2025		
SSAS	DAIS	UBS Jardim da Lua	UBS Jardim da Lua	172820	Eletrocardiógrafo		122824/07	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA	28/11/2024		
SSAS	DAIS	UBS Jardim da Lua	UBS Jardim da Lua	188898	Oxímetro de Pulso	194638 Md	23255411308	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Jardim da Lua	UBS Jardim da Lua	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto		Aa04685453	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA	30/09/2025		
SSAS	DAIS	UBS Jardim da Lua	UBS Jardim da Lua	152237	Foco Refletor	Microem	Pc400	Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Jardim da Lua	UBS Jardim da Lua	163278	Otoscópio	Wechallyn		Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NS De Lourdes	UBS NS De Lourdes	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NS De Lourdes	UBS NS De Lourdes	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NS De Lourdes	UBS NS De Lourdes	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NS De Lourdes	UBS NS De Lourdes	188876	Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NS De Lourdes	UBS NS De Lourdes	182062	Detector Fetal			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NS De Lourdes	UBS NS De Lourdes	172815	Eletrocardiógrafo			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NS De Lourdes	UBS NS De Lourdes		Eletrocardiógrafo			Monitorização e sinais vitais	Inoperante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NS De Lourdes	UBS NS De Lourdes		Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul	171826	Eletrocardiógrafo	Bionet	Cardiio Care2000	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premiun		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premiun		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premiun		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premiun		Monitorização e sinais vitais	Inoperante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premiun		Monitorização e sinais vitais	Inoperante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premiun		Monitorização e sinais vitais	Inoperante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premiun		Monitorização e sinais vitais	Inoperante	MÉDIA			

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Inoperante	MÉDIA		
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Inoperante	MÉDIA		
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul	194531	Oxímetro de Pulso	Getec	Oxywatc	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA		
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul		Otoscópio	Md		Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA		
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul		Detector Fetal	Jumper	Jpd100e	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA		
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul	182052	Detector Fetal	Microen	Md700	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA		
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul	190416	Eletrocardiógrafo	Mindray	Beneheatr3	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
SSAS	DAIS	UBS Cruzeiro do Sul	UBS Cruzeiro do Sul		Micro Nebulizador	G-Tech		Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA		
SSAS	DAIS	UBS Monte Castelo	UBS Monte Castelo	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Missoura		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	27/05/26	
SSAS	DAIS	UBS Monte Castelo	UBS Monte Castelo	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	27/05/26	
SSAS	DAIS	UBS Monte Castelo	UBS Monte Castelo	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	27/05/26	
SSAS	DAIS	UBS Monte Castelo	UBS Monte Castelo	18889	Otoscópio	Md	Led	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA		
SSAS	DAIS	UBS Humaita	UBS Humaita	171803	Eletrocardiógrafo	Cardiocare	Bionet 2000	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	20/10/25	
SSAS	DAIS	UBS Humaita	UBS Humaita	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	Aneiroide	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Humaita	UBS Humaita	-	Oxímetro de Pulso	Multilaser	-	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Humaita	UBS Humaita	-	Otoscópio	Md	-	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Humaita	UBS Humaita	1470929	Negatoscópio	-	-	Apoio terapêutico/assistencial	-	BAIXA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Borboleta	UBS Borboleta	172829	Eletrocardiógrafo	Bionet	Cardiocare	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	17/04/26	24/11/25
SSAS	DAIS	UBS Borboleta	UBS Borboleta	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Borboleta	UBS Borboleta	194515	Oxímetro de Pulso	G – Tech	Oled Graph	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Borboleta	UBS Borboleta	194516	Oxímetro de Pulso	G – Tech	Oled Graph	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Borboleta	UBS Borboleta	194517	Oxímetro de Pulso	G – Tech	Oled Graph	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Borboleta	UBS Borboleta	188847	Otoscópio	Md	Led	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Borboleta	UBS Borboleta	188839	Otoscópio	Md	Led	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Borboleta	UBS Borboleta	122090	Detector Fetal	Microem, Jumper, Martec	Md 1000, Jpd 100 E, Df – 4000	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	17/04/26	-
SSAS	DAIS	UBS Borboleta	UBS Borboleta	181744	Detector Fetal	Microem, Jumper, Martec	Md 1000, Jpd 100 E, Df – 4000	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	17/04/26	-
SSAS	DAIS	UBS Borboleta	UBS Borboleta	141652	Detector Fetal	Microem, Jumper, Martec	Md 1000, Jpd 100 E, Df – 4000	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	17/04/26	-
SSAS	DAIS	UBS Borboleta	UBS Borboleta	-	Foco Refletor	-	-	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Borboleta	UBS Borboleta		Micro Nebulizador	Olidef Cz	C71	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	17/04/26	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	171813	Eletrocardiógrafo	Cardiocare	Bionet	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	194201	Esfigmomanômetro Adulto Digital	Mult Saude	Multilaser	Monitorização e sinais vitais	-	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	-	Monitorização e sinais vitais	-	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	194501	Oxímetro de Pulso	G – Tech	Oled Graph	Monitorização e sinais vitais	-	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	194691	Oxímetro de Pulso	G – Tech	Oled Graph	Monitorização e sinais vitais	-	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	194502	Oxímetro de Pulso	G – Tech	Oled Graph	Monitorização e sinais vitais	-	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	154529	Otoscópio	Md	-	Apoio terapêutico/assistencial	-	BAIXA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	188807	Otoscópio	Md	-	Apoio terapêutico/assistencial	-	BAIXA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	188820	Otoscópio	Md	-	Apoio terapêutico/assistencial	-	BAIXA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	156875	Negatoscópio	-	-	Apoio terapêutico/assistencial	-	BAIXA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	156874	Negatoscópio	-	-	Apoio terapêutico/assistencial	-	BAIXA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	156876	Negatoscópio	-	-	Apoio terapêutico/assistencial	-	BAIXA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	174955	Negatoscópio	-	-	Apoio terapêutico/assistencial	-	BAIXA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	141670	Detector Fetal	Martec	Df 4000	Monitorização e sinais vitais	-	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	141668	Detector Fetal	Martec	Df 4000	Monitorização e sinais vitais	-	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	155282	Foco Refletor	Moveis Hospitalar	Lm Hospitalar	Apoio terapêutico/assistencial	-	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	155280	Foco Refletor	Moveis Hospitalar	Lm Hospitalar	Apoio terapêutico/assistencial	-	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	155286	Foco Refletor	Moveis Hospitalar	Lm Hospitalar	Apoio terapêutico/assistencial	-	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	-	Nobreak	Energetic	-	Infraestrutura clínica de equipamentos	-	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	171756	Seladora	Essence Dental	Selamaxx	Esterilização e apoio	-	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Granjas Bethania	UBS Granjas Bethania	165855, 165627	Micro Nebulizador	G-Tech	Inalamax	Apoio terapêutico/assistencial	-	BAIXA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Furtado de Menezes	UBS Furtado de Menezes	171818	Eletrocardiógrafo	Bionet	Cardiocare 2000	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	13/03/26	-
SSAS	DAIS	UBS Furtado de Menezes	UBS Furtado de Menezes	194214	Esfigmomanômetro Adulto Digital	Multi Saúde	Hc 206	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Furtado de Menezes	UBS Furtado de Menezes	194216	Esfigmomanômetro Adulto Digital	Multi Saúde	Hc 206	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-
SSAS	DAIS	UBS Furtado de Menezes	UBS Furtado de Menezes	194217	Esfigmomanômetro Adulto Digital	Multi Saúde	Hc 206	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-

PROXIMA MANUTENÇÃO AGENDADA PARA 13/06/26
PRECISA DE PILHAS
PRECISA DE PILHAS
PRECISA DE PILHAS
PÉSSIMO ESTADO

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSAS	DAIS	UBS Furtado de Menezes	UBS Furtado de Menezes	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	Ea026	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-	PRECISA DE PILHAS
SSAS	DAIS	UBS Furtado de Menezes	UBS Furtado de Menezes	194488	Oxímetro de Pulso	G-Tech	Oled Graph	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-	PRECISA DE PILHAS
SSAS	DAIS	UBS Furtado de Menezes	UBS Furtado de Menezes	188834	Otoscópio	Ominiled	Md 2.5 V 3000	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	-	-	PRECISA DE PILHAS
SSAS	DAIS	UBS Furtado de Menezes	UBS Furtado de Menezes	188842	Otoscópio	Ominiled	Md 2.5 V 3000	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	-	-	PRECISA DE PILHAS
SSAS	DAIS	UBS Furtado de Menezes	UBS Furtado de Menezes	188866	Otoscópio	Ominiled	Md 2.5 V 3000	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	-	-	PRECISA DE PILHAS
SSAS	DAIS	UBS Furtado de Menezes	UBS Furtado de Menezes	-	Negatoscópio	Em3	-	Apoio terapêutico/assistencial	Inoperante	BAIXA	MANUTENÇÃO	-	PRECISA DE PILHAS
SSAS	DAIS	UBS Furtado de Menezes	UBS Furtado de Menezes	182080	Detector Fetal	Jumper	Jpd-100 E	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	13/03/26 18/11/25	-	PRECISA DE PILHAS
SSAS	DAIS	UBS Furtado de Menezes	UBS Furtado de Menezes	182037	Detector Fetal	Jumper	Jpd-100 E	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	13/03/26 18/11/25	-	PRECISA DE PILHAS
SSAS	DAIS	UBS Furtado de Menezes	UBS Furtado de Menezes	-	Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Furtado de Menezes	UBS Furtado de Menezes	12100	Compressor de Ar	Fiacc Ainmax	-	Infraestrutura clínica de equipamentos	Operante	MÉDIA	da data pelo técnico	-	-
SSAS	DAIS	UBS Furtado de Menezes	UBS Furtado de Menezes	171716	Seladora	Selamaxx	-	Esterilização e apoio	Operante	MÉDIA	-	-	-
SSAS	DAIS	UBS Industrial	UBS Industrial	-	Eletrocardiógrafo	Bionet	-	Monitorização e sinais vitais	Inoperante	MÉDIA	02/06/26		AGUARDANDO PEÇA DO APARELHO
SSAS	DAIS	UBS Industrial	UBS Industrial	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	-	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-	-
SSAS	DAIS	UBS Industrial	UBS Industrial	194452	Oxímetro de Pulso	G-Tech	-	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-	-
SSAS	DAIS	UBS Industrial	UBS Industrial	194453	Oxímetro de Pulso	G-Tech	-	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-	-
SSAS	DAIS	UBS Industrial	UBS Industrial	188571	Otoscópio	Omni Led	-	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	02/06/26	-	-
SSAS	DAIS	UBS Industrial	UBS Industrial	188885	Otoscópio	Omni Led	-	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	02/06/26	-	-
SSAS	DAIS	UBS Industrial	UBS Industrial	-	Negatoscópio	-	-	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	-	-	-
SSAS	DAIS	UBS Industrial	UBS Industrial	-	Foco Refletor	-	-	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	MÉDIA	-	-	-
SSAS	DAIS	UBS Industrial	UBS Industrial	182066	Monitor Doppler Fetal	Jumper	-	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	02/06/26	-	-
SSAS	DAIS	UBS Industrial	UBS Industrial	-	Compressor de Ar	-	-	Infraestrutura clínica de equipamentos	Operante	MÉDIA	-	-	-
SSAS	DAIS	UBS Industrial	UBS Industrial	188109	Seladora	Protect Seal	-	Esterilização e apoio	Operante	MÉDIA	02/06/26	-	-
SSAS	DAIS	UBS Industrial	UBS Industrial	165667	Micro Nebulizador	G-Tech	-	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	02/06/26	-	-
SSAS	DAIS	UBS Centro Sul	SALA DO ECG	171830	Eletrocardiógrafo	Bionet	Cardiocare 2000	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA		16/6/2026	
SSAS	DAIS	UBS Centro Sul	CONSULTÓRIO 1	182049	Detector Fetal	Jumper	Jpd100e	Monitorização e sinais vitais	operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Centro Sul	CONSULTÓRIO 1	188869	Otoscópio	Md	Omni Led	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Centro Sul	CONSULTÓRIO 2	188564	Otoscópio	Md	Omni Led	Apoio terapêutico/assistencial	INOPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Centro Sul	CONSULTÓRIO 3	154517	Otoscópio	Md	Mark Ii	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Centro Sul	SALA DE ECG	188574	Otoscópio	Md	Omni Led	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Centro Sul	SALA DE ECG	188836	Otoscópio	Md	Omni Led	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Centro Sul	SALA DE CURATIVO	154518	Otoscópio	Md	Mark Ii	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Centro Sul	SALA DE CURATIVO	158469	Micro Nebulizador	Olidef	C71plus	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Centro Sul	SALA DE PROCEDIMENTOS	194533	Oxímetro de Pulso	G-Tech	Oled Graph	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Centro Sul	CONSULTÓRIOS E SALA DE PROCEDIMENTOS		Esfigmomanômetro - Adulto	S/ Marca	S/Modelo	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Centro Sul			Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS		UBS Centro Sul			Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS		UBS Centro Sul			Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS		UBS Centro Sul			Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Centro Sul	CONSULTÓRIOS E SALA DE PROCEDIMENTOS		Esfigmomanômetro - Infantil	S/ Marca	S/Modelo	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS		UBS Centro Sul			Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS		UBS Centro Sul			Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Centro Sul	CONSULTÓRIOS E SALA DE PROCEDIMENTOS		Esfigmomanômetro - Obeso	S/ Marca	S/Modelo	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
		UBS Centro Sul			Esfigmomanômetro - Obeso			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
		UBS Centro Sul			Esfigmomanômetro - Obeso			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
		UBS Centro Sul			Esfigmomanômetro - Obeso			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
		UBS Centro Sul			Esfigmomanômetro - Obeso			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	174911	Negatoscópio	N/A	N/A	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	N/A		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	174910	Negatoscópio	N/A	N/A	Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	N/A		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	194634	Oxímetro de Pulso	Gtech	N/A	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	N/A		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	194633	Oxímetro de Pulso	Gtech	N/A	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	N/A		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	194632	Oxímetro de Pulso	Gtech	N/A	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	N/A		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	177835	Compressor de Ar	Pressure	Prpd100009-114	Infraestrutura clínica de equipamentos	Operante	MÉDIA	N/A		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	171741	Seladora	Selamaxx		Esterilização e apoio	Operante	MÉDIA	N/A		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	171718	Seladora	Selamaxx		Esterilização e apoio	INOPERANTE	MÉDIA	N/A		

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	171820	Eletrocardiógrafo	Bionet	Cardiocare-2000	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	02/06/2026		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	N/C	Esfigmomanômetro - Obeso			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DAIS	UBS Retiro	UBS Retiro	N/C	Esfigmomanômetro - Obeso			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	28/05/2026		
SSAS	DAIS	UBS Alto Grajaú	UBS Alto Grajaú	17810	Eletrocardiógrafo	Biometic	Cardiocare 200	Monitorização e sinais vitais	operante	MÉDIA	12/05/26		
SSAS	DAIS	UBS Alto Grajaú	UBS Alto Grajaú	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium/ Bm		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Alto Grajaú	UBS Alto Grajaú	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium/ Bm		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Alto Grajaú	UBS Alto Grajaú	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium/ Bm		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Alto Grajaú	UBS Alto Grajaú	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium/ Bm		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Alto Grajaú	UBS Alto Grajaú	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium/ Bm		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Alto Grajaú	UBS Alto Grajaú	194472	Oxímetro de Pulso	Gtech		Monitorização e sinais vitais	operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Alto Grajaú	UBS Alto Grajaú	165150	Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	operante	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Alto Grajaú	UBS Alto Grajaú	14709201	Negatoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	operante	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Alto Grajaú	UBS Alto Grajaú	165949	Detector Fetal	Sigmed/ Jumper	Ms101 / Jd-100g	Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Alto Grajaú	UBS Alto Grajaú	181743	Detector Fetal	Sigmed/ Jumper	Ms101 / Jd-100g	Monitorização e sinais vitais	operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Alto Grajaú	UBS Alto Grajaú	152234	Foco Refletor	Microem		Apoio terapêutico/assistencial	operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Alto Grajaú	UBS Alto Grajaú	191492	Foco Refletor	Microem		Apoio terapêutico/assistencial	operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Alto Grajaú	UBS Alto Grajaú		Compressor de Ar	Fioc	F-Zero Xs100	Infraestrutura clínica de equipamentos	operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Alto Grajaú	UBS Alto Grajaú	1802927	Nobreak	Sms		Infraestrutura clínica de equipamentos	INOPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Vila Olavo Costa	UBS Olavo Costa	172825	Eletrocardiógrafo	Bionet	Cardiocare 2000	Monitorização e sinais vitais	operante	MÉDIA	13/03/26		próxima manutenção agendada para 13/06/26 não ocorreu
SSAS	DAIS	UBS Vila Olavo Costa	UBS Olavo Costa	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	Ea026	Monitorização e sinais vitais	operante	MÉDIA	não ocorreu	não ocorreu	não se aplica
SSAS	DAIS	UBS Vila Olavo Costa	UBS Olavo Costa	Sem número de patrimonio	Oxímetro de Pulso	G Tech	Oled Graph	Monitorização e sinais vitais	operante	MÉDIA	não ocorreu	não ocorreu	não se aplica
SSAS	DAIS	UBS Vila Olavo Costa	UBS Olavo Costa	188848	Otoscópio	Ominiled	Md 2.5 V 3000	Apoio terapêutico/assistencial	operante	BAIXA	não ocorreu	não ocorreu	precisa de pilhas
SSAS	DAIS	UBS Vila Olavo Costa	UBS Olavo Costa	188853	Otoscópio	Ominiled	Md 2.5 V 3000	Apoio terapêutico/assistencial	operante	BAIXA	não ocorreu	não ocorreu	precisa de pilhas
SSAS	DAIS	UBS Vila Olavo Costa	UBS Olavo Costa	188868	Otoscópio	Ominiled	Md 2.5 V 3000	Apoio terapêutico/assistencial	operante	BAIXA	não ocorreu	não ocorreu	precisa de pilhas
SSAS	DAIS	UBS Vila Olavo Costa	UBS Olavo Costa		Negatoscópio	Em3		Apoio terapêutico/assistencial	Inoperante	BAIXA	sem manutenção		
SSAS	DAIS	UBS Vila Olavo Costa	UBS Olavo Costa	Sem número de patrimonio	Detector Fetal	Jumper	Jpd-100e	Monitorização e sinais vitais	operante	MÉDIA	13/03/26, 18/11/25	não ocorreu	precisa de pilhas
SSAS	DAIS	UBS Vila Olavo Costa	UBS Olavo Costa	60124	Foco Refletor	Hospitalare		Apoio terapêutico/assistencial	INOPERANTE	MÉDIA	não ocorreu	não ocorreu	equipamento essencial para realização de coleta de citopatologico colo do útero na UBS
SSAS	DAIS	UBS Vila Olavo Costa	UBS Olavo Costa	188546	Compressor de Ar	Fiacc Ainmax		Infraestrutura clínica de equipamentos	operante	MÉDIA	sem registro da data pelo		
SSAS	DAIS	UBS Vila Olavo Costa	UBS Olavo Costa		Colposcópio			Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Vila Olavo Costa	UBS Olavo Costa	171727	Seladora	Selamaxx		Esterilização e apoio	operante	MÉDIA	sem manutenção		
SSAS	DAIS	UBS PROGRESSO	SALA DE ENFERMAGEM	171815	Eletrocardiógrafo	Bionet	Bionet Cardiocare	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	27/03/2026		
SSAS	DAIS	UBS PROGRESSO	CONSULTÓRIO	181742	Otoscópio	Md Led		Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS PROGRESSO	CONSULTÓRIO	136606	Negatoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS PROGRESSO	CONSULTÓRIO	181742	Detector Fetal	Jumper		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	08/12/2025		
SSAS	DAIS	UBS PROGRESSO	GINECOLOGIA		Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS PROGRESSO	CONSULTÓRIO	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil	Premium	MI117	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS PROGRESSO	CONSULTÓRIO	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil	Premium	MI117	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS PROGRESSO	CONSULTÓRIO	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil	Premium	MI117	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS PROGRESSO	CONSULTÓRIO	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	MI117	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS PROGRESSO	CONSULTÓRIO	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	MI117	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS PROGRESSO	CONSULTÓRIO	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium	MI117	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS PROGRESSO	CONSULTÓRIO	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil	Premium	MI117	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS PROGRESSO	CONSULTÓRIO	N/C	Esfigmomanômetro - Obeso	Premium	MI117	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS SÃO JUDAS TADEU		Sem patrimônio	Eletrocardiógrafo	Cardiocare		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	29/10/26	29/10/26	

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSAS	DAIS	UBS SÃO JUDAS TADEU		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-	
SSAS	DAIS	UBS SÃO JUDAS TADEU		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-	
SSAS	DAIS	UBS SÃO JUDAS TADEU		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-	
SSAS	DAIS	UBS SÃO JUDAS TADEU		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-	
SSAS	DAIS	UBS SÃO JUDAS TADEU		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-	
SSAS	DAIS	UBS SÃO JUDAS TADEU		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-	
SSAS	DAIS	UBS SÃO JUDAS TADEU		194417	Oxímetro de Pulso	Gtech		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	-	-	
SSAS	DAIS	UBS SÃO JUDAS TADEU		194416	Oxímetro de Pulso	Gtech		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS SÃO JUDAS TADEU		194418	Oxímetro de Pulso	Gtech		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS SÃO JUDAS TADEU		188844	Otoscópio	Md		Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	-	-	
SSAS	DAIS	UBS SÃO JUDAS TADEU		188845	Otoscópio	Md		Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	-	-	
SSAS	DAIS	UBS SÃO JUDAS TADEU		188852	Otoscópio	Md		Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA		-	
SSAS	DAIS	UBS SÃO JUDAS TADEU		188877	Otoscópio	Md		Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	-	-	
SSAS	DAIS	UBS SÃO JUDAS TADEU		188845	Otoscópio	Md		Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	-	-	
SSAS	DAIS	UBS SÃO JUDAS TADEU		182092	Detector Fetal	Jumper		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	29/10/25	29/10/25	
SSAS	DAIS	UBS SÃO JUDAS TADEU		Sem patrimônio	Foco Refletor	-		Apoio terapêutico/assistencial	INOPERANTE	MÉDIA	-	-	
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		147065	Negatoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	13/05/26		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		147067	Negatoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	13/05/26		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		147055	Negatoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	13/05/26		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		147068	Negatoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	13/05/26		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		193952	Eletrocardiógrafo			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	04/05 a 05/08		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		147562	Cadeira Ginecológica			Infraestrutura clínica	Operante	BAIXA	*		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		147561	Cadeira Ginecológica			Infraestrutura clínica	Operante	BAIXA	*		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde			Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	MÉDIA	*		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		182082	Detector Fetal			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	04/05 a 05/08		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		182040	Detector Fetal			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	04/05 a 05/08		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		182194	Detector Fetal			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	04/05 a 05/08		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		182196	Detector Fetal			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	04/05 a 05/08		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		188558	Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	Caso necessário		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		188886	Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	Caso necessário		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		188552	Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	Caso necessário		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		188086	Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA	Caso necessário		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		194543	Oxímetro de Pulso			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	*		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	*		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	*		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	*		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	*		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	*		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	*		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	*		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	*		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	*		
SSAS	DAIS	UBS Vale Verde		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	*		
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		171828	Eletrocardiógrafo	Bionet	Cardiocare 2000	Monitorização e sinais vitais	operante	MÉDIA	19/03/2026		
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		194134	Esfigmomanômetro Adulto Digital	Multi Saude	Hc206	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA	nunca teve		
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		194138	Esfigmomanômetro Adulto Digital	Multi Saude	Hc206	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA	nunca teve		
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		194136	Esfigmomanômetro Adulto Digital	Multi Saude	Hc206	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA	nunca teve		
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium (1 Missouri)		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		N/C	Esfigmomanômetro - Obeso	Premium		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil	Premium		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA	23/06/205 ,31/07/25		
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		194528	Oxímetro de Pulso	Gtec		Monitorização e sinais vitais	operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		188862	Otoscópio	Md	Led	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		165934	Detector Fetal	Sigmed		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		ns 3603	Detector Fetal	Martec	Df4000	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	19/03/2026		
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		165926	Detector Fetal	Sigmed		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		165929	Detector Fetal	Sigmed		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		165930	Detector Fetal	Sigmed		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		182081	Detector Fetal	Jumper	.	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		182058	Detector Fetal	Jumper	.	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont			Foco Refletor	Patrimônio Só 1 Funcionando		Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont			Foco Refletor	Patrimônio Só 1 Funcionando		Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont			Foco Refletor	Patrimônio Só 1 Funcionando		Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont		165181	Micro Nebulizador	Gtech	Nebdesk	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Santos Dumont			Micro Nebulizador	Gtech	Nebdesk	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		174962	Negatoscópio			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		194536	Oxímetro de Pulso			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		194537	Oxímetro de Pulso			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		194538	Oxímetro de Pulso			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras			Eletrocardiógrafo			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras			Micro Nebulizador			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		188881	Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		188578	Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		188883	Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras			Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro - Obeso			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro - Obeso			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras			Detector Fetal			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras			Detector Fetal			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro Adulto Digital			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro Adulto Digital			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro Adulto Digital			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro Adulto Digital			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro Adulto Digital			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Teixeiras		N/C	Esfigmomanômetro Adulto Digital			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Efigenia	UBS Santa Efigenia	171808	Eletrocardiógrafo	BIONET	EKG 2000	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	17/11/25		O CABO PRECISA TROCA
SSAS	DAIS	UBS Santa Efigenia	UBS Santa Efigenia	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM	ADULTO	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	21/05/26		
SSAS	DAIS	UBS Santa Efigenia	UBS Santa Efigenia		Oxímetro de Pulso			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Efigenia	UBS Santa Efigenia		Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			EM FALTA
SSAS	DAIS	UBS Santa Efigenia	UBS Santa Efigenia		Negatoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	INOPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Efigenia	UBS Santa Efigenia	171750	Seladora	SELAMAX	ODONTO	Esterilização e apoio		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Efigenia	UBS Santa Efigenia	158460	Micro Nebulizador	OLIDEF	C71 PUZ	Apoio terapêutico/assistencial	INOPERANTE	BAIXA	17/11/25		
SSAS	DAIS	UBS Bandeirantes	UBS Bandeirantes	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Bandeirantes	UBS Bandeirantes		Oxímetro de Pulso	G-tech	oled Graph	Monitorização e sinais vitais	operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Bandeirantes	UBS Bandeirantes	165963	Detector Fetal	sigmed/jumper/ jumper		Monitorização e sinais vitais	operante	MÉDIA	09/03/2026/		
SSAS	DAIS	UBS Bandeirantes	UBS Bandeirantes	182085	Detector Fetal	sigmed/jumper/ jumper		Monitorização e sinais vitais	operante	MÉDIA	09/03/2026/		
SSAS	DAIS	UBS Bandeirantes	UBS Bandeirantes	182090	Detector Fetal	sigmed/jumper/ jumper		Monitorização e sinais vitais	operante	MÉDIA	09/03/2026/		
SSAS	DAIS	UBS Bandeirantes	UBS Bandeirantes	não tem	Foco Refletor	não tem		Apoio terapêutico/assistencial	operante	MÉDIA			

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSAS	DAIS	UBS Bandeirantes	UBS Bandeirantes		Compressor de Ar			Infraestrutura clínica de equipamentos		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Bandeirantes	UBS Bandeirantes	171715	Seladora	Selamaxx		Esterilização e apoio	operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Bandeirantes	UBS Bandeirantes	171814	Eletrocardiógrafo	Bionet	cardiocare	Monitorização e sinais vitais	operante	MÉDIA	09/03/2026/		
SSAS	DAIS	UBS MARUMBI	UBS MARUMBI	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS MARUMBI	UBS MARUMBI	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS MARUMBI	UBS MARUMBI	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS MARUMBI	UBS MARUMBI	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS MARUMBI	UBS MARUMBI	N/C	Esfigmomanômetro - Obeso	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS MARUMBI	UBS MARUMBI		Negatoscópio	HOSPITALARE		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS MARUMBI	UBS MARUMBI		Negatoscópio	LM MOVEIS HOSPITALARES		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS MARUMBI	UBS MARUMBI		Micro Nebulizador	G-TECH	NEBDESKIV	Apoio terapêutico/assistencial	INOPERANTE	BAIXA	06/11/25		
SSAS	DAIS	UBS MARUMBI	UBS MARUMBI		Micro Nebulizador	G-TECH	NEBDESKIV	Apoio terapêutico/assistencial	INOPERANTE	BAIXA	06/11/25		
SSAS	DAIS	UBS MARUMBI	UBS MARUMBI	181751	Detector Fetal	JUMPER	LD 1050	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	14/04/26		
SSAS	DAIS	UBS MARUMBI	UBS MARUMBI	181750	Detector Fetal	JUMPER	LD 1050	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	05/11/25		
SSAS	DAIS	UBS MARUMBI	UBS MARUMBI	196003	Eletrocardiógrafo	MINDRAY	BENE HEART R3	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	11/04/26		
SSAS	DAIS	UBS BENFICA		188863	Otoscópio	MD LED		Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA			Oxímetro de Pulso	MD LED		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA		194408	Oxímetro de Pulso	GTECH		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA		194407	Oxímetro de Pulso	G TECH		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA			Estetoscópio Adulto	ADVATIVE (JOÃO MED)		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA			Estetoscópio Adulto			Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA			Estetoscópio Adulto			Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA			Estetoscópio Adulto			Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA			Estetoscópio Adulto			Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA			Estetoscópio Adulto			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA			Estetoscópio Adulto			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA			Estetoscópio Adulto			Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM	INFANTIL	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM	INFANTIL	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM	INFANTIL	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM	OBESO	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS BENFICA			Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial	INOPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		194154	Esfigmomanômetro Adulto Digital	Multi	IP20	Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		N/C	Esfigmomanômetro - Obeso	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		N/C	Esfigmomanômetro - Obeso	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		194483	Oxímetro de Pulso	G-TECH		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		188878	Otoscópio	Welch Allyn		Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA				
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		163252	Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA				
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		163253	Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA				
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		87756	Negatoscópio	Moveis WW		Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA				
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança			Negatoscópio	Moveis WW		Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA				
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança			Negatoscópio	Moveis WW		Apoio terapêutico/assistencial	Operante	BAIXA				
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança			Detector Fetal	Fetal Doppler	JSL- T501	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança			Detector Fetal	Fetal Doppler	JSL- T501	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		122097	Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial	INOPERANTE	MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança			Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial	INOPERANTE	MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança			Seladora	Selamaxx		Esterilização e apoio	Operante	MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		171819	Eletrocardiógrafo	Cardio Care e Mindray		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS Jardim Esperança		190423	Eletrocardiógrafo	Cardio Care e Mindray		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		172808	Eletrocardiógrafo			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1			Oxímetro de Pulso			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1			Oxímetro de Pulso			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1			Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		182033	Detector Fetal			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1			Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1			Oftalmoscópio			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		188108	Seladora			Esterilização e apoio		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Infantil			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Obeso			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		N/C	Esfigmomanômetro - Obeso			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA				
SSAS	DAIS	UBS JÓQUEI CLUBE 1		149522	Micro Nebulizador			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA				
SSAS	DAIS	UBS DOM BOSCO	UBS DOM BOSCO	NÃO CONSTA	Oxímetro de Pulso	MULTILASER	MLT1236	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	******	******	Equipamentos essenciais ao funcionamento UBS	
SSAS	DAIS	UBS DOM BOSCO	UBS DOM BOSCO	188806	Otoscópio	OMINILED	OMNI300	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	******	******	Equipamentos essenciais ao funcionamento UBS	
SSAS	DAIS	UBS DOM BOSCO	UBS DOM BOSCO	188813	Otoscópio	OMINILED	OMNI300	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	******	******	Equipamentos essenciais ao funcionamento UBS	
SSAS	DAIS	UBS DOM BOSCO	UBS DOM BOSCO	NÃO CONSTA	Foco Refletor	NÃO CONSTA	NÃO CONSTA	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA	******	******	Equipamentos essenciais ao funcionamento UBS	
SSAS	DAIS	UBS DOM BOSCO	UBS DOM BOSCO	NÃO CONSTA	Foco Refletor	NÃO CONSTA	NÃO CONSTA	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA	******	******	Equipamentos essenciais ao funcionamento UBS	
SSAS	DAIS	UBS DOM BOSCO	UBS DOM BOSCO	NÃO CONSTA	Foco Refletor	NÃO CONSTA	NÃO CONSTA	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA	******	******	Equipamentos essenciais ao funcionamento UBS	
SSAS	DAIS	UBS DOM BOSCO	UBS DOM BOSCO	189902	Estadiômetro	WELMY	899	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	******	******	Equipamentos essenciais ao funcionamento UBS	

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSAS	DAIS	UBS DOM BOSCO	UBS DOM BOSCO	NÃO CONSTA	Compressor de Ar	FIAC	FZEROXS100	Infraestrutura clínica de equipamentos	OPERANTE	MÉDIA	******	******	Equipamentos essenciais ao funcionamento UBS
SSAS	DAIS	UBS DOM BOSCO	UBS DOM BOSCO	85498	Negatoscópio	WW	NÃO CONSTA	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	******	******	Equipamentos essenciais ao funcionamento UBS
SSAS	DAIS	UBS DOM BOSCO	UBS DOM BOSCO	3799	Detector Fetal	G NATUSO MEDICAL	G200	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	******	******	Equipamentos essenciais ao funcionamento UBS
SSAS	DAIS	UBS DOM BOSCO	UBS DOM BOSCO	NÃO CONSTA	Seladora	SELAMAX	SELAMAX	Esterilização e apoio	OPERANTE	MÉDIA	******	******	Equipamentos essenciais ao funcionamento UBS
SSAS	DAIS	UBS DOM BOSCO	UBS DOM BOSCO	172806	Eletrocardiógrafo	CARDIOCARE	CARDIOCARE2000	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	******	******	Equipamentos essenciais ao funcionamento UBS
SSAS	DAIS	UBS Dom Bosco	UBS Dom Bosco	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	BM	NÃO CONSTA	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	******	******	Equipamentos essenciais ao funcionamento UBS
SSAS	DAIS	UBS Dom Bosco	UBS Dom Bosco	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM	NÃO CONSTA	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	******	******	Equipamentos essenciais ao funcionamento UBS
SSAS	DAIS	UBS Santa Rita	UBS Santa Rita	171812	Eletrocardiógrafo			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Rita		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Rita		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Rita		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Rita		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Rita		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Rita			Oxímetro de Pulso			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Rita			Oxímetro de Pulso			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Rita			Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Rita			Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Rita			Negatoscópio			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Rita			Detector Fetal			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Rita			Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Rita			Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Rita			Seladora			Esterilização e apoio		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Santa Rita			Micro Nebulizador			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Monte Verde		171827	Eletrocardiógrafo	BIONET	CARDIOCARE	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	12/10/25	12/10/25	NAO
SSAS	DAIS	UBS Monte Verde		N/C	Esfigmomanômetro Adulto Digital			Monitorização e sinais vitais	INOPERANTE	MÉDIA			NÃO TEMOS
SSAS	DAIS	UBS Monte Verde		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Monte Verde		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Monte Verde		NÃO POSSUI	Oxímetro de Pulso	G TECK	GTEC	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Monte Verde		NÃO POSSUI	Oxímetro de Pulso	G TECK	GTEC	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Monte Verde			Otoscópio			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			NÃO TEMOS
SSAS	DAIS	UBS Monte Verde		1747929	Negatoscópio	HOSPITALARA	2	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	NÃO É FEITA		
SSAS	DAIS	UBS Monte Verde		182038	Detector Fetal	JUMPER	JUMPER	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	12/05/25	12/05/25	NENHUMA
SSAS	DAIS	UBS Monte Verde		NÃO POSSUI	Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Monte Verde		NÃO POSUI	Compressor de Ar	FIDC	FIDC	Infraestrutura clínica de equipamentos	OPERANTE	MÉDIA			NÃO
SSAS	DAIS	UBS Monte Verde			Colposcópio			Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Monte Verde			Eletrocardiógrafo			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		12/05/25	
SSAS	DAIS	UBS Monte Verde			Micro Nebulizador			Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Pirapitinga		156892	Eletrocardiógrafo	IOCARE	ECG-101G	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	05/2026	05/2026	NÃO
SSAS	DAIS	UBS Pirapitinga		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM	ANEROIDE	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	NÃO TEM	NÃO TEM	NÃO
SSAS	DAIS	UBS Pirapitinga		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM	ANEROIDE	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	NÃO TEM	NÃO TEM	NÃO
SSAS	DAIS	UBS Pirapitinga		NÃO POSSUI	Oxímetro de Pulso	NÃO POSSUI	NÃO POSSUI	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	NÃO TEM	NÃO TEM	NÃO
SSAS	DAIS	UBS Pirapitinga		NÃO POSSUI	Negatoscópio	HOSPITALAR	NÃO TEM	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	NÃO TEM	NÃO TEM	NÃO
SSAS	DAIS	UBS Pirapitinga		NÃO POSSUI	Negatoscópio	HOSPITALAR	NÃO TEM	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	NÃO TEM	NÃO TEM	NÃO
SSAS	DAIS	UBS Pirapitinga			Detector Fetal			Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Pirapitinga		NÃO POSSUI	Foco Refletor		NÃO TEM	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA	NÃO TEM	NÃO TEM	NÃO
SSAS	DAIS	UBS Pirapitinga		NÃO POSSUI	Compressor de Ar	HOSPITALAR	NÃO TEM	Infraestrutura clínica de equipamentos	OPERANTE	MÉDIA	05/25	05/25	MUITO ANTIGO
SSAS	DAIS	UBS Torreoes		NÃO POSSUI	Eletrocardiógrafo	CARDIOCARE	HOSPITALAR	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	BAIXA	12/05/25	12/05/25
SSAS	DAIS	UBS Torreoes		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	PREMIUM	ANEROIDE	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Torreoes		NÃO POSSUI	Oxímetro de Pulso	G-TECK	G-TEK	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA		NÃO	NÃO
SSAS	DAIS	UBS Torreoes		174929	Negatoscópio	HOSPITALAR	HOSPITALAR	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	BAIXA	NÃO	NÃO
SSAS	DAIS	UBS Torreoes		174928	Detector Fetal	MD700	MD700	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	BAIXA	12/05/25	12/05/25
SSAS	DAIS	UBS Torreoes		NÃO POSSUI	Foco Refletor	NÃO	NÃO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA	BAIXA	NÃO	NÃO
SSAS	DAIS	UBS Torreoes			Compressor de Ar	NÃO POSUI	NÃO POSSUI	Infraestrutura clínica de equipamentos		MÉDIA			

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSAS	DAIS	UBS Torreoes		NÃO POSSUI	Eletrocardiógrafo	CARDIOCARE	HOSPITALAR	Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA	BAIXA	05/2025	05/2025
SSAS	DAIS	UBS Torreoes		NÃO	Micro Nebulizador	NÃO	NÃO	Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA	BAIXA	NÃO	NÃO
SSAS	DAIS	UBS Linhares		171809	Eletrocardiógrafo	BIONET		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Linhares		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	S/MARCA		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Linhares		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	S/MARCA		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Linhares		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	S/MARCA		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Linhares		N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	S/MARCA		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Linhares		18803	Otoscópio	MD		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Linhares		18826	Otoscópio	MD		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Linhares		18818	Otoscópio	MD		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Linhares		18817	Otoscópio	MD		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS Linhares		182089	Detector Fetal	JUMPER		Monitorização e sinais vitais	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Linhares		S/ NÚMERO	Foco Refletor	S/MARCA		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Linhares		S/ NÚMERO	Foco Refletor	S/MARCA		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Linhares		S/ NÚMERO	Foco Refletor	S/MARCA		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Linhares		S/ NÚMERO	Foco Refletor	S/MARCA		Apoio terapêutico/assistencial	OPERANTE	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Linhares			Eletroestimulador			Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Consultório 1	194579	Oxímetro de Pulso	G-Tech	Oled Graph	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Consultório 1	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Consultório 2	194571	Oxímetro de Pulso	G-Tech	Oled Graph	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Consultório 2	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Consultório 3	194573	Oxímetro de Pulso	G-Tech	Oled Graph	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Ginecológico 1	202019	Detector Fetal	Jumper		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Ginecológico 1	152223	Foco Refletor			Apoio terapêutico/assistencial	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Ginecológico 1	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Cuidados Básicos	194574	Oxímetro de Pulso	G-Tech	Oled Graph	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Cuidados Básicos	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Cuidados Básicos	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	BM		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Cuidados Básicos	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Sem Marca		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Sala de Procedimentos	190436	Eletrocardiógrafo	Mindray	Beneheart R3	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA	15/04/2026		
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Ginecológico 2	202021	Detector Fetal	Jumper	JPD100B	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Ginecológico 2	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Consultório 6	194578	Oxímetro de Pulso	G-Tech	Oled Graph	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Consultório 6	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Consultório 6	N/C	Esfigmomanômetro - Infantil	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Consultório 7	N/C	Esfigmomanômetro - Obeso			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Consultório 7	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Consultório 7	Sem patrimônio	Oxímetro de Pulso	G-Tech	Oled Graph	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Consultório 8	202022	Detector Fetal	Jumper	JPD100B	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Consultório 8	194576	Oxímetro de Pulso	G-Tech	Oled Graph	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Consultório 8	N/C	Esfigmomanômetro - Obeso	Premium		Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Enfermagem 2	194577	Oxímetro de Pulso	G-Tech	Oled Graph	Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Enfermagem 2	N/C	Esfigmomanômetro - Adulto			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS Manoel Honório	Enfermagem 2	N/C	Esfigmomanômetro - Obeso			Monitorização e sinais vitais	Operante	MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	165.623	Micro Nebulizador	G TECH	MODELO NEBASK IV	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	165.626	Micro Nebulizador	G TECH	MODELO NEBASK IV	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	167.215	Carro de Curativos	LEVITA	CURATIVO INOX	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	171.714	Seladora	ESSENCE DENTAL	SELAMAX VH BRANCA	Esterilização e apoio		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	173.173	Maca hospitalar fixa	SANTA LUZIA		Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	174.908	Negatoscópio	HOSPITALARE		Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	174.909	Negatoscópio	HOSPITALARE		Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	181.962	Otoscópio	MD		Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	182.091	Detector Fetal	JUMPER		Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	190.201	Estadiômetro	WELMY	BRANCO E AZUL CLARO, COM VERTICAL DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

	SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	190.202	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	190.434	Eletrocardiógrafo	MINDRAY	BENEHEART R3 - SÉRIE: FX-	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	194.404	Oxímetro de Pulso	G- TECH	DE DEDO C/ CURVA OXIOLCM	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	194.405	Oxímetro de Pulso	G- TECH	DEGDETDECCHO CURVA OXIOLCM	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	194.406	Oxímetro de Pulso	G- TECH	DEGDETDECCHO CURVA OXIOLCM	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	194.120	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	A- RGTRETECAHL DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	194.240	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	194.279	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	163.239	Oftalmoscópio	ACRIMET	DIGITAL - MODELO: HC 206	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS BARREIRA DO TRIUNFO	163.240	Oftalmoscópio	ACRIMET		Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO UBS BARREIRA DO TRIUNFO	UBS – ESPLANADA	171.747	Seladora	ESSENCE DENTAL		Esterilização e apoio		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS BARREIRA DO TRIUNFO UBS – ESPLANADA	UBS – ESPLANADA	172.814	Eletrocardiógrafo	BIONET	SELAMAX VH BRANCA	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS – ESPLANADA	UBS – ESPLANADA	190.229	Estadiômetro	WELMY		Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS – ESPLANADA	UBS – ESPLANADA	190.230	Estadiômetro	WELMY		Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS – ESPLANADA	UBS – ESPLANADA	195.197	Central de Nebulização	ASCLÉPIOS	MODELO: NI - 200 COM/ RODIZI	Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS – ESPLANADA	UBS – ESPLANADA	163.511	DEA - Desfibrilador Externo Automático	ZOLL	BR/PR N° SERIE: X10E 452132 COR VERDE, MOD;	Suporte à vida		ALTA		
	SSAS	DAIS	UBS – ESPLANADA	UBS – ESPLANADA	165.624	Micro Nebulizador	G TECH	MODELO NEBASK IV	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS – ESPLANADA	UBS – ESPLANADA	165.808	Micro Nebulizador	G TECH	MODELO NEBASK IV	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	171.823	Eletrocardiógrafo	BIONET	CARDIOCARE 2000 EKG	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	174.936	Negatoscópio	HOSPITALARE		Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	174.937	Negatoscópio	HOSPITALARE		Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	182.096	Detector Fetal	JUMPER	JPD	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	194.503	Oxímetro de Pulso	G- TECH	OXIOLCM - G -TECH	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	194.504	Oxímetro de Pulso	G- TECH	OXIOLCM - G -TECH	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	194.505	Oxímetro de Pulso	G- TECH	OXIOLCM - G -TECH	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	194.262	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	ARTERIAL DIGITAL - MODRETLEOR	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	194.263	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	HACL206 DIGITAL - MODRETLEOR	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	194.264	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	HACL206 DIGITAL - MODRETLEOR	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	194.265	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	HACL206 DIGITAL - MODRETLEOR	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	194.266	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	HACL206 DIGITAL - MODRETLEOR	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	194.267	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	HACL206 DIGITAL - MODRETLEOR	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	194.268	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	HACL206 DIGITAL - MODRETLEOR	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	195.185	Central de Nebulização	ASCLÉPIOS	HACL206 DIGITAL - MODRETLEOR	Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	198.332	Nobreak	RAGTECH	HACL206 DIGITAL - MODRETLEOR	Infraestrutura clínica de equipamentos		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	163.244	Oftalmoscópio	ACRIMET	HACL206 DIGITAL - MODELO: HC 206	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	163.254	Oftalmoscópio	ACRIMET	700 CB-TI SERIAL:	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	165.658	Micro Nebulizador	G TECH	MODELO NEBASK IV	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	165.662	Micro Nebulizador	G TECH	MODELO NEBASK IV	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS FILGUEIRAS	UBS FILGUEIRAS	171.736	Seladora	ESSENCE DENTAL	SELAMAX VH BRANCA	Esterilização e apoio		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS GRAMA	UBS GRAMA	182.094	Detector Fetal	JUMPER	BRANCO E AZUL CLARO, COM	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS GRAMA	UBS GRAMA	190.255	Compressor de Ar	FIAC	MODELO: XS100,220C	Infraestrutura clínica de equipamentos		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS GRAMA	UBS GRAMA	194.506	Oxímetro de Pulso	G- TECH	DE DEDO C/ CURVA OXIOLCM	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS GRAMA	UBS GRAMA	194.507	Oxímetro de Pulso	G- TECH	DEGDETDECCHO/ CURVA OXIOLCM	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS GRAMA	UBS GRAMA	194.508	Oxímetro de Pulso	G- TECH	DEGDETDECCHO/ CURVA OXIOLCM - G -TECH	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS GRAMA	UBS GRAMA	196.392	Braçadeira para coleta de sangue	HOSPITALARE		Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS GRAMA	UBS GRAMA	197.062	Estadiômetro		FIXO / PORTÁTIL C/METROS	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS GRAMA	UBS GRAMA	190.255	Compressor de Ar	FIAC	MODELO: XS100,220C	Infraestrutura clínica de equipamentos		MÉDIA		
	SSAS	SSA	SSAS	DAIS	DAIS	DAIS	U	GRAMA	G	A	UBS GRAMA		UBS GRAMA	UBS GRAMA	UBS GRAMA	UBS GRAMA
	SSAS	S		DAIS	DAIS	DAIS	B	UBS	R	UBS	Parque Guarani	UBS Parque Guarani		UBS Parque Guarani	UBS Parque Guarani	UBS Parque Guarani
	SSAS	S		DAIS				GRAMA		UBS	Parque Guarani					
	SSAS	S						UBS	M							

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

182.094	Detector Fetal Oxímetro de Pulso	JUMPER G- TECH G- TECH G- TECH G- TECH	BRANCO E AZUL	Monitorização e sinais vitais DE DEDO C/ CURVA OXIOLCM	M É D I A
				Monitorização e sinais vitais D- EGDETDEOCHO' CURVA OXIOLCM	
				Monitorização e sinais vitais D- EGDETDEOCHO' CURVA OXIOLCM	M É D I A
				Monitorização e sinais vitais D- EGDETDEOCHO' CURVA OXIOLCM	
				Monitorização e sinais vitais D- EGDETDEOCHO' CURVA OXIOLCM	M É D I A
				Monitorização e sinais vitais - G -TECH	
					M É D I A
					M É D I A
					M É D I A
					M É D I A

CLARO, COM

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSAS	DAIS	UBS Parque Guarani	UBS Parque Guarani	194.276	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	ARTERIAL, DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Parque Guarani	UBS Parque Guarani	194.277	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Parque Guarani	UBS Parque Guarani	194.278	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	206.343	Cadeira de Rodas Adulto		DIGITAL - MODELO HC 206 DOBRAVEL,		BAIXA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	182.087	Detector Fetal	JUMPER	ESTRUTURA EM BRANCO E AZUL CLARO, COM	Infraestrutura clínica Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	190.204	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	190.205	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	190.206	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	190.207	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	190.430	Eletrocardiógrafo	MINDRAY	BENE HEART R3 – SÉRIE: FK –	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	190.488	Braçadeira para coleta de sangue	HOSPITALARE		Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	190.489	Braçadeira para coleta de sangue	HOSPITALARE		Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	190.490	Braçadeira para coleta de sangue	HOSPITALARE		Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	190.491	Braçadeira para coleta de sangue	HOSPITALARE		Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	194.413	Oxímetro de Pulso	G-TECH	DE DEDO C/	Apoio terapêutico/assistencial	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	194.414	Oxímetro de Pulso	G-TECH	CURVA OXIOLCM	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	194.415	Oxímetro de Pulso	G-TECH	CURVA OXIOLCM	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
							CURVA OXIOLCM A- RGT-ETREICAHL,	Monitorização e sinais vitais	
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	194.034	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	194.035	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	194.036	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	194.037	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	194.038	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	194.039	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	194.040	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	194.281	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	194.282	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	194.283	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	194.284	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Cruz	UBS Santa Cruz	194.285	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MODRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
							DIGITAL - MODRETLEOR HACL206		
							DIGITAL - MODRETLEOR HACL206		
							DIGITAL - MODRETLEOR HACL206		
							DIGITAL - MODRETLEOR HACL206		
							DIGITAL - MODELEALSOT: IHCCC206		
SSAS	DAIS	UBS Santa Luzia	UBS Santa Luzia	182.051	Detector Fetal	JUMPER	BRANCO E AZUL CELSATROUTCOORMA	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Luzia	UBS Santa Luzia	203.367	Mesa Auxiliar		TUBULAR EM AÇO INOXIDÁVEL	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS Santa Luzia	UBS Santa Luzia	189.880	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS Santa Luzia	UBS Santa Luzia	189.956	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS Santa Luzia	UBS Santa Luzia	189.935	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS Santa Luzia	UBS Santa Luzia	189.934	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS Santa Luzia	UBS Santa Luzia	188.162	Carro de Curativos	HOSPITALARE	E BACIA	INOX COM BALDE Apoio	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS Santa Luzia	UBS Santa Luzia	188.163	Carro de Curativos	HOSPITALARE	E BACIA	INOX COM BALDE	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS Santa Luzia	UBS São Pedro	181.745	Detector Fetal	JUMPER	terapêutico/assistencial	Apoio terapêutico/assistencial	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Luzia	UBS São Pedro	182.039	Detector Fetal	JUMPER	DIGITAL MODELO	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS Santa Luzia	UBS São Pedro	182.048	Detector Fetal	JUMPER	JPA – 10NE COR PLASTICO,	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS São Pedro	UBS São Pedro	182.185	Detector Fetal	JUMPER	BRANCO E AZUL CRUAARSOTICOM	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS São Pedro	UBS São Pedro	196.393	Braçadeira para coleta de sangue	HOSPITALARE	BRANCO E AZUL CRUAARSOTICOM	Monitorização e sinais vitais	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS São Pedro	UBS São Pedro	196.394	Braçadeira para coleta de sangue	HOSPITALARE	BRANCO E AZUL CLARO, COM	Monitorização e sinais vitais	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS São Pedro	UBS São Pedro	196.395	Braçadeira para coleta de sangue	HOSPITALARE		Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
		UBS São Pedro						Apoio terapêutico/assistencial	
		UBS São Pedro						Apoio terapêutico/assistencial	
		UBS São Pedro					NI-200 C/		
SSAS	DAIS	UBS São Pedro	UBS São Pedro	196.430					

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

	197.044	Central de Nebuliz	ação Estadiômetro	ASCLÉPIOS	RODIZIO,	BRANCO. PORTÁTIL C/2METROS	FIXO /	Apoio terapêutico/assistencial	Apoio terapêutico/assistencial	MÉDIA BAIXA			
	SSAS	DAIS	UBS São Pedro	UBS São Pedro	197.045	Estadiômetro			FIXO / PORTÁTIL C/2METROS	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA	
	SSAS	DAIS	UBS São Pedro	UBS São Pedro	197.046	Estadiômetro			FIXO / PORTÁTIL	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA	
	SSAS	DAIS	UBS São Pedro	UBS São Pedro	197.047	Estadiômetro			FIXO / PORTÁTIL C/2METROS	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA	
	SSAS	DAIS	UBS São Pedro	UBS São Pedro	197.048	Estadiômetro			FIXO / PORTÁTIL C/2METROS	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA	
	SSAS	DAIS	UBS São Pedro	UBS São Pedro	197.049	Estadiômetro			FIXO / PORTÁTIL C/2METROS	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA	
	SSAS	DAIS	UBS VALADARES	UBS VALADARES	172.817	Eletrocardiógrafo		BIONET	C/ MESA E RODIZIO DO CORPO	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA	
	SSAS	DAIS	UBS VALADARES	UBS VALADARES	174.914	Negatoscópio		HOSPITALARE	ALUMÍNIO E PLÁSTICO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA	
	SSAS	DAIS	UBS VALADARES	UBS VALADARES	182.043	Detector Fetal		JUMPER	BRANCO E AZUL CLARO. COM	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA	
						—							
						—							
						—							
						—							
						—							
						—							

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSAS	DAIS	UBS VALADARES	UBS VALADARES	194.449	Oxímetro de Pulso	G- TECH	DE DEDO C/ CURVA OXIOLCM	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS VALADARES	UBS VALADARES	194.450	Oxímetro de Pulso	G- TECH Apoio	DEGDETDECCHO/ CURVA OXIOLCM	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS VALADARES	UBS VALADARES	195.180	Central de Nebulização	terapêutico/assistenci	MO- GDESTLCEC; NH – 200 COM/ RODIZI,	Apoio terapêutico/assistencial	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS VALADARES	UBS VALADARES	165.393	Mesa Ginecológica	al	BR/PR N° SERIE: GINECOLÓGICO	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS TOLEDOS	UBS TOLEDOS	171.217	Mesa Ginecológica	ASPECTO	02 PORTAS E 3 EST. COURVIM PRETO EST. MET	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS TOLEDOS	UBS TOLEDOS	171.821	Eletrocardiógrafo	BIONET	TERMICA INTEGRADA	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS TOLEDOS	UBS TOLEDOS	174.854	Maca hospitalar fixa	SANTA LUZIA	MODELO F IXA LEITO AÇO INOX	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS TOLEDOS	UBS TOLEDOS	174.855	Maca hospitalar fixa	SANTA LUZIA	FIXA LEITO AÇO INOX	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS TOLEDOS	UBS TOLEDOS	182.199	Detector Fetal	JUMPER	PLASTICO, BRANCO E AZUL CPLLAARSOTICOM	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS PENIDO	UBS PENIDO	182.602	Detector Fetal	JUMPER	BRANCO E AZUL COLEADRECO, COOCM/	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS ROSARIO DE MINAS	UBS ROSARIO DE MINAS	194.448	Oxímetro de Pulso	G- TECH	CURVA OXIOLCM A; RGTETRBCAHL,	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS ROSARIO DE MINAS	UBS ROSARIO DE MINAS	194.222	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MCDTELROM; HCCA	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS ROSARIO DE MINAS	UBS ROSARIO DE MINAS	171.822	Eletrocardiógrafo	BIONET	206 INTEGRADA DEMCCDEDELCCO/	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS ROSARIO DE MINAS	UBS ROSARIO DE MINAS	194.448	Oxímetro de Pulso	G- TECH	CURVA OXIOLCM A; RGTETRBCAHL,	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS ROSARIO DE MINAS	UBS ROSARIO DE MINAS	194.222	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MCPDLPÁLSOT; HCCO	Monitorização e sinais vitais 206	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS PAULA LIMA	UBS PAULA LIMA	182.070	Detector Fetal	JUMPER	BRANCO E AZUL COLEADRECO, COOCM/	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS PAULA LIMA	UBS PAULA LIMA	194.447	Oxímetro de Pulso	G- TECH	CURVA OXIOLCM - G -TECH	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS DIAS TAVARES	UBS DIAS TAVARES	188.176	Mesa Ginecológica	HOSPITALARE	GINECOLÓGICO 03 GAVETAS – 02	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS DIAS TAVARES	UBS DIAS TAVARES	188.177	Mesa Ginecológica	HOSPITALARE	GINECOLÓGICO 03 GAVETAS – 02	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS DIAS TAVARES	UBS DIAS TAVARES	194.446	Oxímetro de Pulso	G- TECH	DE DEDO C/ CURVA OXIOLCM - G -TECH	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS DIAS TAVARES	UBS DIAS TAVARES	206.481	Mesa Auxiliar		TAMPO EM AÇO INOX,MEDINDO	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS DIAS TAVARES	UBS DIAS TAVARES	182.067	Detector Fetal	JUMPER	PLASTICO, BRANCO E AZUL CLARO, COM	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS CHAPEU D'UVAS	UBS CHAPEU D'UVAS	176.698	Cadeira de Rodas Adulto	PROLIFE	SUPORTE PARA SORO, COR PLASTICO,	Infraestrutura clínica	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS SARANDIRA	UBS SARANDIRA	182.073	Detector Fetal	JUMPER	BRANCO E AZUL	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS SARANDIRA	UBS SARANDIRA	188.325	Mesa de Mayo	HOSPITALARE	CAL-UAXRLOIA, RODDME MAYO INOX COM camas e RODIZIO	Infraestutura clnica – macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS SARANDIRA	UBS SARANDIRA	189.901	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS SARANDIRA	UBS SARANDIRA	189.915	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS SARANDIRA	UBS SARANDIRA	197.030	Estadiômetro		FIXO / PORTÁTIL C/2METROS	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS SARANDIRA	UBS SARANDIRA	197.031	Estadiômetro		FIXO / PORTÁTIL C/2METROS	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS SARANDIRA	UBS SARANDIRA	197.032	Estadiômetro		FIXO / PORTÁTIL C/2METROS	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS SARANDIRA	UBS SARANDIRA	197.033	Estadiômetro		FIXO / PORTÁTIL C/2METROS	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS SARANDIRA	UBS SARANDIRA	165.398	Mesa Ginecológica		FIXO / PORTÁTIL C/2METROS	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS CAETE	UBS CAETE	189.901	Estadiômetro	WELMY	GINECOLÓGICO 02 PORTAS E 3	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS CAETE	UBS CAETE	189.915	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS CAETE	UBS CAETE	194.456	Oxímetro de Pulso	G- TECH	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS CAETE	UBS CAETE	194.457	Oxímetro de Pulso	G- TECH	DE DEDO C/ CURVA OXIOLCM	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
							DEGDETDECCHO/ CURVA OXIOLCM	Monitorização e sinais vitais	
SSAS	DAIS	UBS CAETE	UBS CAETE	197.030	Estadiômetro		F - G -TECH IXO / PORTÁT C/2METROS	IL Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS CAETE	UBS CAETE	197.031	Estadiômetro		FIXO / PORTÁTIL C/2METROS	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS CAETE	UBS CAETE	197.032	Estadiômetro		FIXO / PORTÁTIL C/2METROS	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS CAETE	UBS CAETE	197.033	Estadiômetro		FIXO / PORTÁTIL C/2METROS	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	171.166	Mesa Ginecológica	ASPECTO	EST. COURVIM PRETO EST. MET	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	171.251	Mesa Ginecológica	ASPECTO	EST. COURVIM PRETO EST. MET	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	171.726	Seladora	ESSENCE DENTAL	SELAMAX VH BRANCA	Esterilização e apoio	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	171.759	Seladora	ESSENCE DENTAL	SELAMAX VH BRANCA	Esterilização e apoio	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	174.801	Maca hospitalar fixa	SANTA LUZIA	FIXA LEITO AÇO INOX	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	174.802	Maca hospitalar fixa	SANTA LUZIA	FIXA LEITO AÇO INOX	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	174.803	Maca hospitalar fixa	SANTA LUZIA	FIXA LEITO AÇO INOX	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	174.822	Maca hospitalar fixa	SANTA LUZIA	FIXA LEITO AÇO INOX	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	174.830	Maca hospitalar fixa	SANTA LUZIA	FIXA LEITO AÇO INOX	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	174.856	Maca hospitalar fixa	SANTA LUZIA	FIXA LEITO AÇO INOX	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

		UBS				E	INOX CORPO	01	macas	stencial Apoio			
	UBS	IGRE	174.927	Negatoscópio	HOSPI	HOSPITALAR	ALUMÍNIO E 0A1CCRCÍLRICPO		Apoio	terapêutico/assistencial		BAIXA	
	IGREJI	JINHA	174.974	Negatoscópio	TALAR	E	ALUMÍNIO E PALCÁRSÍTLICO		terapêutico/assi			BAIXA	
	NHA												
	SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	182.060	Detector Fetal	JUMPER		BRANCO E AZUL CDLEADREOD, COCOM/	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA	
	SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	194.443	Oxímetro de Pulso	G-TECH		CURVA OXIOLCM - G -TECH	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA	

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	194.444	Oxímetro de Pulso	G- TECH	DE DEDO C/ CURVA OXIOLCM A- RGTETRBCAHL	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	194.225	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MOADRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	194.227	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MOADRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	196.427	Central de Nebulização	ASCLÉPIOS	DIGITAL - MCDNEHL2000HCC/ 206 RODIZIO,	Apoio terapêutico/assistencial	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	197.034	Estadiômetro		BRANCO FIXO / PORTÁTIL C/2METROS	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS IGREJINHA	UBS IGREJINHA	197.035	Estadiômetro		FIXO/PORTÁTIL C/2METROS	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS VILA IDEAL	UBS VILA IDEAL	165.622	Micro Nebulizador	G TECH	MODELO NEBASK IV	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS VILA IDEAL	IDEAL UBS	165.852	Micro Nebulizador	G TECH	MODELO NEBASK IV	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS VILA IDEAL	VILA IDEAL	171.723	Seladora	ESSENCE DENTAL	SELAMAX VH	Esterilização e apoio	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS VILA IDEAL	UBS VILA	171.817	Eletrocardiógrafo	BIONET	BRANCA TERMICA INTEGRADA	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS VILA IDEAL	IDEAL UBS	174.930	Negatoscópio	HOSPITALARE	0MI	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS VILA IDEAL	VILA IDEAL	174.936	Negatoscópio	HOSPITALARE	ALUMÍNIO E 041CRCILRICP	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
			UBS VILA				O ALUMÍNIO E		
			IDEAL UBS				ACRÍLICO		
			VILA IDEAL				DIG JPA – 100E COR		
SSAS	DAIS	UBS VILA IDEAL	UBS VILA IDEAL	181.740	Detector Fetal	JUMPER	ITAL MODELO	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS VILA IDEAL	UBS VILA IDEAL	188.545	Compressor de Ar	FIAC	XS100 – 220C FIAC 533719	Infraestrutura clínica de equipamentos	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS VILA IDEAL	UBS VILA IDEAL	189.957	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS VILA IDEAL	UBS VILA IDEAL	196.420	Central de Nebulização	ASCLÉPIOS	NI-200 C/ RODIZIO, BRANCO	Apoio terapêutico/assistencial	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS VILA IDEAL	UBS VILA IDEAL	197.061	Estadiômetro		FIXO / PORTÁTIL C/2METROS	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS VILA IDEAL	UBS VILA IDEAL	206.633	Mesa de Exames		TUBO REDONDO	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS VILA IDEAL	UBS VILA IDEAL	206.637	Mesa de Exames		COM GAVETA E PLUESITOCO,	Infraestrutura clínica – camas e macas	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS- VILA ESPERANÇA	UBS- VILA ESPERANÇA	182.064	Detector Fetal	JUMPER	BRANCO E AZUL CDLEADREOD, CCOCM/	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS- VILA ESPERANÇA	UBS- VILA ESPERANÇA	194410	Oxímetro de Pulso	G- TECH	CURVA OXIOLCM DEGDETDECCHO/	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS- VILA ESPERANÇA	UBS- VILA ESPERANÇA	194.411	Oxímetro de Pulso	G- TECH	CURVA OXIOLCM DEGDETDECCHO/	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS- VILA ESPERANÇA	UBS- VILA ESPERANÇA	194.412	Oxímetro de Pulso	G- TECH	CURVA OXIOLCM A- RGTETRBCAHL,	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS- VILA ESPERANÇA	UBS- VILA ESPERANÇA	194.026	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MOADRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS- VILA ESPERANÇA	UBS- VILA ESPERANÇA	194.027	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MOADRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS- VILA ESPERANÇA	UBS- VILA ESPERANÇA	194.028	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MOADRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS- VILA ESPERANÇA	UBS- VILA ESPERANÇA	194.029	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MOADRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS- VILA ESPERANÇA	UBS- VILA ESPERANÇA	194.030	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MOADRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS- VILA ESPERANÇA	UBS- VILA ESPERANÇA	194.031	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MOADRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS- VILA ESPERANÇA	UBS- VILA ESPERANÇA	194.032	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MOADRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS- VILA ESPERANÇA	UBS- VILA ESPERANÇA	196.422	Central de Nebulização	ASCLÉPIOS	DIGITAL - MCDNEHL2000HCC/ 206 RODIZIO, PBURAASNTCCCO,	Apoio terapêutico/assistencial	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS IPIRANGA	UBS IPIRANGA	182.041	Detector Fetal	JUMPER	BRANCO E AZUL CLARO, COM	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS IPIRANGA	UBS IPIRANGA	189.929	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS IPIRANGA	UBS IPIRANGA	189.930	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS JARDIM NATAL	UBS JARDIM NATAL	189.977	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS JARDIM NATAL	UBS JARDIM NATAL	189.978	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS JARDIM NATAL	UBS JARDIM NATAL	189.979	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial	BAIXA
SSAS	DAIS	UBS JARDIM NATAL	UBS JARDIM NATAL	190.418	Eletrocardiógrafo	MINDRAY	BENEHEART R3 – SÉRIE: FK –	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS JARDIM NATAL	UBS JARDIM NATAL	195.199	Central de Nebulização	ASCLÉPIOS	MODELO: NI – 200 COM/ RODIZI,	Apoio terapêutico/assistencial	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS JOQUEI CLUBE II	UBS JOQUEI CLUBE II	194.401	Oxímetro de Pulso	G- TECH	BRDPERONETDSCECRTE	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS JOQUEI CLUBE II	UBS JOQUEI CLUBE II	194.402	Oxímetro de Pulso	G- TECH	CURVA OXIOLCM DEGDETDECCHO/	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
SSAS	DAIS	UBS JOQUEI CLUBE II	UBS JOQUEI CLUBE II	194.403	Oxímetro de Pulso	G- TECH	CURVA OXIOLCM DEGDETDECCHO/	Monitorização e sinais vitais	MÉDIA
							CURVA OXIOLCM A- RGTETRBCAHL,		
SSAS	DAIS	UBS JOQUEI CLUBE II	UBS JOQUEI CLUBE II	194.021	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MOADRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	
SSAS	DAIS	UBS JOQUEI CLUBE II	UBS JOQUEI CLUBE II	194.022	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MOADRETLEOR HACL206	Monitorização e sinais vitais	Monitorização e sinais vitais Monitorização e sinais vitais Monitorização e sinais vitais Monitorização e sinais vitais
SSAS	DAIS	UBS JOQUEI CLUBE II	UBS JOQUEI CLUBE II	194.023	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MOADRETLEOR HACL206	DIGITAL - MVCDOEDLEOLCH CN2-06	
SSAS	DAIS	UBS JOQUEI CLUBE II	UBS JOQUEI CLUBE II	194.024	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MOADRETLEOR HACL206		
SSAS	DAIS	UBS JOQUEI CLUBE II	UBS JOQUEI CLUBE II	194.025	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	DIGITAL - MOADRETLEOR HACL206		

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

	MÉDIA	É	I		É	I			É	I			
	M	D	A	M	D	A	M		D	A		MÉDIA	
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	195.198	Central de Nebulização	ASCLÉPIOS		200 COM/ RODIZI, BRAKE N° SERIE	Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA	
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.346	Mesa de Exames			TUBULAR COM GAVETA E LEITO	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA	
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.347	Mesa de Exames			TUBULAR COM GAVETA E LEITO	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA	
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.315	Mesa de Exames			TUBULAR, PINTURA EPOXI	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA	
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.316	Mesa de Exames			TUBULAR, PINTURA EPOXI	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA	
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.317	Mesa de Exames			TUBULAR, PINTURA EPOXI	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA	
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.320	Mesa de Exames			TUBULAR, PINTURA EPOXI	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA	

	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.322	Mesa de Exames			TUBULAR, PINTURA EPOXI	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.325	Mesa de Exames			TUBULAR, PINTURA EPOXI	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.328	Mesa de Exames			TUBULAR, PINTURA EPOXI	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.330	Mesa de Exames			TUBULAR, PINTURA EPOXI	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.331	Mesa de Exames			TUBULAR, PINTURA EPOXI	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.332	Mesa de Exames			TUBULAR, PINTURA EPOXI	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.333	Mesa de Exames			TUBULAR, PINTURA EPOXI	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.334	Mesa de Exames			TUBULAR, PINTURA EPOXI	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.335	Mesa de Exames			TUBULAR, PINTURA EPOXI	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.337	Mesa de Exames			TUBULAR, PINTURA EPOXI	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.339	Mesa de Exames			TUBULAR, PINTURA EPOXI	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	203.340	Mesa de Exames			TUBULAR, PINTURA EPOXI	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	165.678	Micro Nebulizador	G TECH		MODELO NEBASK IV	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	165.679	Micro Nebulizador	G TECH		MODELO NEBASK IV	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	171.436	Mesa Ginecológica	ASPECTO		EST. COURVIM PRETO EST. MET	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	171.437	Mesa Ginecológica	ASPECTO		EST. COURVIM PRETO EST. MET	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	171.438	Mesa Ginecológica	ASPECTO		EST. COURVIM PRETO EST. MET	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	171.485	Mesa Ginecológica	ASPECTO		EST. COURVIM PRETO EST. MET	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	171.544	Mesa Ginecológica	ASPECTO		EST. COURVIM PRETO EST. MET	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	171.545	Mesa Ginecológica	ASPECTO		EST. COURVIM PRETO EST. MET	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	172.808	Eletrocardiógrafo	BIONET		C/ MESA E RODIZIO	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	174.843	Maca hospitalar fixa	SANTA LUZIA		FIXA LEITO AÇO INOX	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	174.844	Maca hospitalar fixa	SANTA LUZIA		FIXA LEITO AÇO INOX	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	174.845	Maca hospitalar fixa	SANTA LUZIA		FIXA LEITO AÇO INOX	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	174.846	Maca hospitalar fixa	SANTA LUZIA		FIXA LEITO AÇO INOX	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	181.046	Foco Refletor	UTI		ILUMINAÇÃO HALOGENIO LUCMINASATÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	181.047	Foco Refletor	UTI		HALOGENIO LUCMINASATÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	181.048	Foco Refletor	UTI		HALOGENIO LUCMINASATÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	181.049	Foco Refletor	UTI		HALOGENIO LUCMINASATÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	181.788	Central de Nebulização	HR		MODULAR 3 A 4 SAÍDAS	HR Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	182.061	Detector Fetal	JUMPER		SUPORTE BRANCO E AZUL CLARO COM PLÁSTICO	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	182.095	Detector Fetal	JUMPER		SUPORTE BRANCO E AZUL CLARO COM PLÁSTICO	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	182.097	Detector Fetal	JUMPER		SUPORTE BRANCO E AZUL CLARO COM PLÁSTICO	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	182.098	Otoscópio	MD		PRETO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	190.220	Estadiômetro	WELMY		ACOMPANHA VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	190.221	Estadiômetro	WELMY		VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	190.222	Estadiômetro	WELMY		VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	190.223	Estadiômetro	WELMY		VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS MILHO BRANCO	UBS MILHO BRANCO	190.433	Eletrocardiógrafo	MINDRAY		BENEHEART R3 – SÉRIE: FK –	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	171.268	Mesa Ginecológica	ASPECTO		EST. COURVIM PRETO EST. MET	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	178.618	Compressor de Ar	CD 200		ISENTO FLAC CD 200 L	Infraestrutura clínica de equipamentos		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	188.106	Seladora	PROTECT		SEAL DIGITAL PLUS, PROTEC, AÇO BRANCO	Esterilização e apoio		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	189.936	Estadiômetro	WELMY		VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	189.937	Estadiômetro	WELMY		VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	189.938	Estadiômetro	WELMY		VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	171.268	Mesa Ginecológica	ASPECTO		EST. COURVIM PRETO EST. MET	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	178.618	Compressor de Ar	CD 200		ISENTO FLAC CD 200 L	Infraestrutura clínica de equipamentos		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	188.106	Seladora	PROTECT		SEAL DIGITAL PLUS, PROTEC, AÇO BRANCO	Esterilização e apoio		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	189.936	Estadiômetro	WELMY		VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	189.937	Estadiômetro	WELMY		VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	189.938	Estadiômetro	WELMY		VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	171.268	Mesa Ginecológica	ASPECTO		EST. COURVIM PRETO EST. MET	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	178.618	Compressor de Ar	CD 200		ISENTO FLAC CD 200 L	Infraestrutura clínica de equipamentos		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	188.106	Seladora	PROTECT		SEAL DIGITAL PLUS, PROTEC, AÇO BRANCO	Esterilização e apoio		MÉDIA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	189.936	Estadiômetro	WELMY		VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	189.937	Estadiômetro	WELMY		VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		
	SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	UBS NOSSA SENHORA APARECIDA	189.938	Estadiômetro	WELMY		VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA		

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

UBS NOSSA SENHOR A APARECIDA UBS NOSSA SENHOR A DAS GRAÇAS UBS NOSSA SENHOR A DAS GRAÇAS UBS NOSSA SENHOR A DAS GRAÇAS UBS NOSSA SENHOR A DAS GRAÇAS UBS NOSSA SENHOR A DAS GRAÇAS UBS NOSSA SENHOR A DAS GRAÇAS	188.106 190.419 194.512 194.513 194.514 197.066 197.067	Seladora Eletrocardiógrafo Oxímetro de Pulso Oxímetro de Pulso Estadiômetro Estadiômetro	PROTECT MINDRAY G-TECH G-TECH G-TECH	SEAL. DIGITAL PLUS. PROTEC. Esterilização e apoio ACO. BRANCO DE HEART R3 – Monitorização e sinais vitais DEDEDOC/ CURVAOXIOLCM Monitorização e sinais vitais D-EGD-ETDEOCHC/ CURVAOXIOLCM	IOLCM Monitorização e sinais vitais DEGD-ETDEOCHC/ CURVAOXIOLCM Monitorização e sinais vitais – G-TECH FIXO / PORTÁTIL Apoio terapêutico/assistencial FIXO / PORTÁTIL Apoio terapêutico/assistencial	MÉDIA MÉDIA MÉDIA MÉDIA MÉDIA MÉDIA BAIXA BAIXA	C/2METROS C/2METROS SÉRIE: FK –

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	UBS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	197.070	Estadiômetro	—	FIXO / PORTÁTIL C/2METROS	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	UBS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	197.071	Estadiômetro	—	FIXO / PORTÁTIL C/2METROS	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	UBS NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS	190.419	Eletrocardiógrafo	MINDRAY	BENEHEART R3 – SÉRIE: FK–	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	190.210	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	190.211	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	190.212	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	190.213	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	194.420	Oxímetro de Pulso	G-TECH	DE DEDO C/ CURVA OXIOLCM D-EGD-	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	194.421	Oxímetro de Pulso	G-TECH	ETDEOCHC/ CURVA OXIOLCM D-EGD-	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	194.422	Oxímetro de Pulso	G-TECH	ETDEOCHC/ CURVA OXIOLCM A-RGT-	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	194.292	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	ETRBCAHL/ DIGITAL - MOADRETLEOR	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	194.293	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	HACL206 DIGITAL - MOADRETLEOR	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	194.294	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	HACL206 DIGITAL - MOADRETLEOR	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	194.295	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	HACL206 DIGITAL - MOADRETLEOR	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	194.296	Esfigmomanômetro Adulto Digital	MULTILASER	HACL206 DIGITAL - MODELO: HC 206	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	193.951	Eletrocardiógrafo	MINDRAY	FK-34036217	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	163.248	Oftalmoscópio	ACRIMET	POCKET JUNIOR	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	165.108	Otoscópio	MARKII	CABEÇA COM CONEXÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	165.109	Otoscópio	MARKII	CABEÇA COM CONEXÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	165.383	Mesa Ginecológica		GINECOLÓGICO 02 PORTAS E 3	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	171.540	Mesa Ginecológica	ASPECTO	EST. COURVIM PRETO EST. MET.	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	171.541	Mesa Ginecológica	ASPECTO	EST. COURVIM PRETO EST. MET.	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	171.811	Eletrocardiógrafo	BIONET	TERMICA INTEGRADA MODELO FIXA EM	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	173.160	Maca hospitalar fixa	SANTA LUZIA	AÇO 01 CORPO ALUMÍNIO E	Infraestrutura clínica – camas e macas		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	174.934	Negatoscópio	HOSPITALARE	0AICCROILRICPO ALUMÍNIO E	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	174.950	Negatoscópio	HOSPITALARE	0AICCROILRICPO ALUMÍNIO E	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	174.951	Negatoscópio	HOSPITALARE	– MOADCERLLOICDOE 3 A 4 SAÍDAS – HR	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	181.789	Central de Nebulização	HR	5C04PLCA/ STUICPO,RTE BRANCO E AZUL	Apoio terapêutico/assistencial		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	182.036	Detector Fetal	JUMPER	CLARO COM	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	182.076	Detector Fetal	JUMPER	BRANCO E AZUL CLARO COM	Monitorização e sinais vitais		MÉDIA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	190.210	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	190.211	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	190.212	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			
SSAS	DAIS	UBS NOVA ERA	UBS NOVA ERA	190.213	Estadiômetro	WELMY	VERTICAL, DE AÇO P/ MEDIÇÃO	Apoio terapêutico/assistencial		BAIXA			

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

Anexo III – Parâmetros Mínimos de Atendimento e SLA por Criticidade								
Criticidade	**Exemplos de equipamentos**	**Prazo primeiro atendimento**	**Prazo diagnóstico**	**Prazo reparo sem peça**	**Prazo reparo com peça**	**preventiva**	**Atendimento fim de semana/feriado**	**Exige equipamento reserva?**
								[sim/não]
MÉDIA	Autorefrator	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Semestral	Não	Não
MÉDIA	Aparelho de Ultrassom	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Semestral	Não	Não
ALTA	Aspirador de Secreções - Sala Vermelha	Até 2h	Até 6h	Até 24 horas	Até 5 dias úteis	Trimestral	Sim	SIM
BAIXA	Balança Adulto	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Balança Adulto - Digital	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Balança Antropométrica Adulto	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Balança Antropométrica Pediátrica	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Balança Infantil	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Balança Infantil - Digital	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Banho-Maria / Incubadora	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Trimestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Banho-Maria para Lactário	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Trimestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Braçadeira para coleta de sangue	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Cadeira de Banho / Higiênica	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Cadeira de Rodas Adulto	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Cadeira Ginecológica	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Cadeira Oftalmológica	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Cadeira Otorrinológica	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica	Até 48h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	SIM	SIM (para leitos críticos)
BAIXA	Cama Hospitalar Tipo Fawler Mecânica	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Cardiotocógrafo	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	SIM (quando único)
BAIXA	Carro de Curativos	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Central de Nebulização	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Mensal	NÃO	NÃO
MÉDIA	Centrífuga Laboratorial	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Trimestral	NÃO	SIM
MÉDIA	Colchão Pneumático Motor	Até 48h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Colposcópio	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Trimestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Coluna Oftalmológica	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Compressor de Ar	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

´MÉDIA	Contador de Células	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	SIM
ALTA	DEA - Desfibrilador Externo Automático	Até 2h	Até 6h	Até 24h	Até 5 dias úteis	Mensal	NÃO	SIM (reserva)
MÉDIA	Deionizador	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Trimestral	NÃO	NÃO
ALTA	Desfibrilador Convencional	Até 2h	Até 6h	Até 24h	Até 5 dias úteis	Trimestral	SIM	SIM
MÉDIA	Destilador de Água	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Trimestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Detector Fetal	Até 48h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Doppler Vascular	Até 48h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Eletrocardiógrafo	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	SIM
ALTA	Eletrocautério	Até 12h	Até 24h	Até 3 dias úteis	Até 7 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Eletroestimulador	Até 48h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Esfigmomanômetro - Adulto	Até 48h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Esfigmomanômetro - Infantil	Até 48h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Esfigmomanômetro - Neonatal	Até 48h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Esfigmomanômetro - Obeso	Até 48h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Esfigmomanômetro - Pedestal	Até 48h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Esfigmomanômetro Adulto Digital	Até 48h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Estadiômetro	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Estetoscópio	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Estufa de Cultura	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Trimestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Estufa de Secagem e Esterilização	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Trimestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Foco Cirúrgico de Solo Móvel	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Foco Refletor	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Fotóforo	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Lâmpada de Fenda	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
ALTA	Laringoscópio	Até 2h	Até 6h	Até 24 horas	Até 5 dias úteis	Mensal	SIM	SIM (mínimo kit reserva)
MÉDIA	Laser Terapêutico	Até 48h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Lensômetro	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Trimestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Maca Hospitalar Fixa	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Medidor de Cuff	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Mesa Auxiliar	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Mexa de Exames	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

BAIXA	Mesa de Mayo	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Mesa Ginecológica	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Mesa Ginecológica Elétrica	Até 48h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Micro Nebulizador	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Trimestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Microscópio Laboratorial	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	SIM
MÉDIA	Monitor Doppler Fetal	Até 48h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
ALTA	Monitor Multiparâmetros	Até 2h	Até 6h	Até 24h	Até 5 dias úteis	Trimestral	SIM	SIM (quantidade mínima)
BAIXA	Negatoscópio	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Nobreak	Até 12h	Até 24h	Até 3 dias úteis	Até 7 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Oftalmoscópio	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Otoscópio	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Oxímetro de Pulso	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Semestral	SIM	NÃO (há vários)
MÉDIA	Resfriador Rápido para Lactário	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dais úteis	Semestral	NÃO	SIM (quando único)
MÉDIA	Retinoscópio	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Trimestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Seladora	Até 24h	Até 48h	Até 5 dias úteis	Até 10 dias úteis	Trimestral	NÃO	NÃO
MÉDIA	Serra para Gesso	Até 48h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
BAIXA	Termômetro Clínico	Até 72h	Até 5 dias	Até 7 dias	Até 10 dias úteis	Semestral	NÃO	NÃO
ALTA	Ventilador Pulmonar	Até 2h	Até 6h	Até 24h	Até 5 dias úteis	Trimestral	SIM	SIM

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

ANÁLISE DE RISCOS

Objeto: Contratação de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças sob demanda, dos equipamentos médico-hospitalares (EMH) das unidades vinculadas à SSAS, à SSRUE e à SSVS da Secretaria de Saúde de Juiz de Fora.

1. RISCOS NA ETAPA DE PLANEJAMENTO DA DEMANDA

RISCO 01	**Inventário de EMH desatualizado ou incompleto no Anexo I**
PROBABILIDADE	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
DANO	Dimensionamento incorreto do valor de peças e do quantitativo de equipamentos, gerando necessidade de aditivos ou prejuízo à cobertura assistencial de unidades não relacionadas.
AÇÃO PREVENTIVA	Levantamento técnico prévio do parque tecnológico, com conferência in loco pelas unidades e consolidação pela DURL antes da publicação do edital.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Departamento da Unidade Regional Leste (DURL) e unidades requisitantes.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Aplicação da cláusula de inventário dinâmico (item 2.9 do TR), com comunicação formal de baixas/incorporações à contratada sem necessidade de aditamento, respeitados os limites do art. 125 da Lei nº 14.133/2021.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Gestor do contrato / Fiscal Administrativo

RISCO 02	**Descontinuidade do serviço em razão do encerramento dos contratos vigentes (4Tech e RCD)**
PROBABILIDADE	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
DANO	Paralisação de EMH essenciais, comprometendo a continuidade da assistência prestada à população nas unidades de urgência, emergência e atenção primária.
AÇÃO PREVENTIVA	Abertura tempestiva do novo procedimento licitatório, com cronograma compatível com o vencimento dos ajustes atuais, conforme planejado no Memorando nº 23.250/2026.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Subsecretaria de Regulação, Urgência e Emergência
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Contratação emergencial, nos termos do art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021, por prazo limitado, até a conclusão do certame.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Secretaria de Saúde.

RISCO 03	Subdimensionamento do valor anual estimado para fornecimento de peças
PROBABILIDADE	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
DANO	Esgotamento do valor empenhado para peças antes do fim do exercício, com risco de paralisação de manutenções corretivas por ausência de saldo.
AÇÃO PREVENTIVA	Fundamentar o valor anual de peças em metodologia de preços históricos (Relatório de Análise Mercadológica) e prever empenho estimativo em dois momentos por exercício (item 6.5.4.2 do TR).
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Equipe de planejamento da licitação.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Solicitação de suplementação orçamentária ou remanejamento entre as unidades orçamentárias SSAS, SSRUE e SSVS, respeitados os limites legais de acréscimo.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Departamento de Execução Orçamentária e Financeira/SSPGES.

RISCO 04	**Ausência de engenheiros clínicos/eletrotécnicos no quadro próprio da Secretaria de Saúde**
PROBABILIDADE	( ) Baixa ( ) Média (X) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
DANO	Fragilidade técnica na fiscalização de laudos de obsolescência, testes de segurança elétrica e adequação das intervenções realizadas pela contratada.
AÇÃO PREVENTIVA	Estruturar a fiscalização em dupla dimensão (administrativa/documental e setorial/assistencial) e exigir da contratada apoio à gestão técnica do parque tecnológico (item 6.4 do TR).
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO	Subsecretarias envolvidas

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

PREVENTIVA	
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Contratação pontual de parecer técnico especializado (engenharia clínica) para validação de laudos controvertidos, quando necessário.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Secretaria de Saúde

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

2. RISCOS NA ETAPA DE LICITAÇÃO E ESCOLHA DO FORNECEDOR

RISCO 01	Ausência de propostas ou baixa competitividade no certame
PROBABILIDADE	(X) Baixa ( ) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
DANO	Fracasso da licitação e atraso na contratação, com risco de descontinuidade do serviço.
AÇÃO PREVENTIVA	Pesquisa de mercado ampla (Relatório de Análise Mercadológica com três empresas especializadas e referências do Banco de Preços/PNCP) e exigências de habilitação proporcionais, evitando restrições desnecessárias (item 7.1.5 do TR).
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Equipe de licitação.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Republicação do edital com ajuste de exigências ou ampliação da divulgação, sem prejuízo da abertura de novo certame se necessário.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Pregoeiro

RISCO 02	Proposta vencedora com preço inexequível para o serviço de manutenção
PROBABILIDADE	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
DANO	Execução deficiente, descumprimento de SLA e risco de abandono do contrato, comprometendo a disponibilidade dos EMH.
AÇÃO PREVENTIVA	Exigência de qualificação técnica compatível (atestado de 20% do parque) e de qualificação econômico-financeira, com análise de exequibilidade da proposta pela comissão de licitação.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Comissão de licitação.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Convocação do licitante subsequente na ordem de classificação e aplicação de sanções ao inadimplente, nos termos do item 11 do TR
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Secretaria de Saúde.

RISCO 03	**Impugnações ou recursos que atrasem a assinatura do contrato**
PROBABILIDADE	( ) Baixa ( ) Média (x) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

DANO	Descontinuidade do serviço de manutenção, com risco assistencial e responsabilização da Administração pela indisponibilidade de EMH.
AÇÃO PREVENTIVA	Instrução robusta do edital e do Termo de Referência, com análise jurídica prévia e observância estrita dos prazos da Lei nº 14.133/2021.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Assessoria jurídica.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Contratação emergencial, nos termos do art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021, durante o período de análise dos recursos, para garantir a continuidade assistencial.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Secretaria de Saúde.

RISCO 04	Inadimplência financeira ou falência da contratada durante a execução contratual
PROBABILIDADE	( ) Baixa (x) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio (x) Alto
DANO	Paralisação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com necessidade de nova contratação emergencial e risco sanitário decorrente da indisponibilidade de EMH críticos.
AÇÃO PREVENTIVA	Exigência de qualificação econômico-financeira compatível com o vulto contratual (até R$ 1.218.000,00 em 5 anos) e possibilidade de exigência de garantia contratual.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Comissão de licitação / Gestor do contrato. .
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Execução da garantia contratual, rescisão unilateral e contratação emergencial de nova empresa, cobrando-se perdas e danos da inadimplente.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Autoridade competente

3. RISCOS NA ETAPA DE GESTÃO DO OBJETO

RISCO 01	Descumprimento dos prazos de atendimento, diagnóstico ou reparo previstos na Matriz de SLA (Anexo III)
PROBABILIDADE	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
DANO	Indisponibilidade prolongada de EMH, com prejuízo direto à assistência prestada, especialmente em equipamentos de criticidade ALTA (suporte à vida).

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

AÇÃO PREVENTIVA	Classificação dos equipamentos por criticidade, com prazos diferenciados de atendimento, diagnóstico e reparo, e obrigação de equipamento reserva para desfibrilador, ventilador pulmonar e monitor multiparamétrico (itens 6.3.4 a 6.3.6 do TR).
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Fiscal do contrato
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Aplicação de glosa proporcional por dia de atraso, diferenciada por criticidade (2%/1%/0,5%), com teto por ocorrência, e aplicação de multa em caso de reincidência (item 11.2 do TR).
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Gestor do contrato.

RISCO 02	Atraso na aprovação de orçamentos e autorização para aquisição de peças
PROBABILIDADE	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
DANO	Prorrogação indevida do prazo de reparo com peça, comprometendo a disponibilidade de equipamentos essenciais à assistência.
AÇÃO PREVENTIVA	EFixação de prazo máximo de 2 dias úteis para aprovação da relação de peças e 1 dia útil para emissão da ordem de serviço, com prioridade de 4 horas para equipamentos de criticidade ALTA (item 6.5.4.5 do TR).
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Fiscalização contratual administrativa/documental.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Suspensão da contagem do prazo de reparo com peça, para efeito de apuração de glosa, na proporção do atraso administrativo verificado.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Gestor do contrato

RISCO 03	Fornecimento de peças de reposição em desacordo com as especificações do fabricante
PROBABILIDADE	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
DANO	Comprometimento da segurança operacional do equipamento, risco ao paciente e possível invalidação de garantias do fabricante.
AÇÃO PREVENTIVA	Exigência de peças novas e compatíveis, com padrão de qualidade equivalente ou superior ao original, priorizando peça do próprio fabricante (item 6.3.17 do TR), vedada a utilização de peças recondicionadas, salvo exceção motivada.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Fiscal e contratada.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Recusa do recebimento, exigência de substituição às expensas da contratada e aplicação de sanção contratual em caso de reincidência.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Gestor do Contrato

RISCO 04	**Indisponibilidade de equipamento crítico além do prazo de reparo, sem disponibilização de reserva**
PROBABILIDADE	( ) Baixa (X) Média () Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
DANO	Risco assistencial grave em unidades de urgência e emergência, com possível necessidade de remanejamento de pacientes.
AÇÃO PREVENTIVA	Obrigatoriedade de disponibilização de equipamento reserva para os três grupos de equipamentos de suporte à vida (item 6.3.5 do TR), com formalização por termo de responsabilidade.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Contratada / Fiscal setorial-assistencial.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Remanejamento assistencial interno entre unidades, nos casos de comprovada inexistência de equipamento substituto no mercado, sem ônus à contratada (item 6.3.8 do TR).
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Direção da unidade de saúde.

RISCO 05	**Descontinuidade da manutenção por rescisão contratual ou não prorrogação ao final da vigência quinquenal**
PROBABILIDADE	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
IMPACTO	( ) Baixo ( ) Médio (X) Alto
DANO	Interrupção da cobertura de manutenção preventiva e corretiva do parque tecnológico, com risco de deterioração acelerada dos EMH.
AÇÃO PREVENTIVA	Planejamento antecipado da renovação contratual ou de novo certame, com monitoramento do desempenho da contratada ao longo da vigência (item 8.4 do TR).
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Gestor do contrato

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE

AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Contratação emergencial, nos termos do art. 75, VIII, da Lei nº 14.133/2021, até a conclusão de novo processo licitatório.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Secretaria de Saúde

RISCO 05	**Descumprimento sistemático de obrigações pela contratada (relatórios, prazos, apoio à gestão do inventário)**
PROBABILIDADE	( ) Baixa (X) Média ( ) Alta
IMPACTO	(X) Baixo ( ) Médio ( ) Alto
DANO	Perda de rastreabilidade das intervenções e fragilização do controle gerencial do parque tecnológico pela Administração.
AÇÃO PREVENTIVA	Exigência de relatórios técnicos individualizados por equipamento, apresentação de plano de manutenção no início da execução e manutenção de canal de atendimento formal (itens 6.2.6, 6.3.17 e 6.4.2 do TR).
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO PREVENTIVA	Fiscalização administrativa/documental.
AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Notificação formal, aplicação de advertência e, em caso de reincidência, aplicação de multa e demais sanções do art. 156 da Lei nº 14.133/2021.
RESPONSÁVEL PELA AÇÃO DE CONTINGÊNCIA	Gestor do contrato.

Assinado por 1 pessoa: RODRIGO CAMPOS DALESSI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://juizdefora.1doc.com.br/verificacao/2B02-4843-8900-2DBE e informe o código 2B02-4843-8900-2DBE